

SMT1104 OKSİJEN MASKESİ, HAZNELİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün sağlık tesisinde merkezi sistem, oksijen tüpü veambu gibi cihazlarla hastaya medikal oksijen gazı verirken aynı zamanda inhaller ilaç verilebilmek amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün pediatrik olmalıdır. 3. Ürün maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır. 4. Ürün yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC'den yapılmış olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır (king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır. 6. Ürün solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olmalıdır. 7. Ürünün maske kısmı, hastanın anatomik yapısına uygun ve hastanın burun bölgesi üzerine rahat oturacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Maskenin burun bölümüne denk gelen kısmında kendinden aerodinamik maske ile birleşik yapıda plastik esneklik sağlayan bir bölüm ya da bu bölümü yoksa istenen özeliği sağlayacak metal klipsi olmalıdır. (Bu klips emniyetli olmalı kullanım esnasında sağlık personeli ve hastaya zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.) Maske pediatrik ve yetişkin boylarda, şeffaf olmalı ve koku yapmamalı ve yüze tam oturmalı ve antialerjik olmalıdır. 8. Ürünün maske kısmının, yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden olmamalıdır. 9. Ürünün maske kısmı ağız ve burnu içine tam olarak almalıdır. 10. Ürünün ilaç hazne kısmı, şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır. 11. Ürünün buhar çıkış aparatı, huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde püskürtmelidir. 12. Ürünün hazne kısmında, ilaç verilme sonrası partikül ve ilaç kalmamalıdır. 13. Ürünün, başın arka kısmına geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır.Bu lastik esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. 14. Ürün tüm bağlantı hatları ile tam uyumlu olmalı ve kaçak yapmayacak esneklikte olmalıdır.


SMT1104 OKSİJEN MASKESİ, HAZNELİ

Teknik Özellikleri:	<p>15. Ürünün maske kısmının her iki yanında fazla O2 ve CO2'i çıkaracak delikler bulunmalıdır.</p> <p>16. Ürünün hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalı ve flowmetreden kolayca ayrılmalıdır.</p> <p>17. Ürünün hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır.</p> <p>18. Ürün üzerinde plastik artığı bulunmamalıdır.</p>
Genel Hükümler:	<p>18 Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.</p> <p>19 Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır</p>

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Abdullah ÖCALOĞLU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Ahmet ZORLU
Taşınır Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Mehmet YILMAZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi





TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

10.06.2024

İlgili Firmaya,

Satın almaya esas olmak üzere, PEDIATRİK NEBÜL MASKESİ ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT UZERINDEN teklifinizi 12.06.2024 Tarihi saat 10.00.00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No. 2024/962

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	OKSİJEN MASKESİ NEBÜLİZATOR SİSTEMİ İÇİN PEDIATRİK	2000	ADET		OR4250	13,90 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kasesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnamesi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TUTULU da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelenmesi zorunludur. (Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve model teklif mektuplarında yazılı olacaktır (T.C. İlçe ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklifte eklenmelidir).
- 5-Firma tıbbi mal/eme alını tanımlanmasına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermesi kabul eder.
- 6-Firma MİDÜLA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MİDÜLA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8-Firma MİDÜLA sistemine tıbbi mal/eme alını tanımlanmasına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif etmez ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödemeyiz.
- 9-Teklif verilmiş olması şartlarını tamami kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle işle edilmez, geri çekilmez.
- 10-Firmalar Hastanemize Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan birim istediği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç, bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükümlenme ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Altın işlenirken, tabii olarak Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mal ve faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alınan esas teknik şartnameye rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiasi olması halinde, idaremizle bu durumda ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh_temin@gnul.com
NOT: SARTINAMİLER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.