



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

28.06.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, 6 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI (ENDOSKOPI) ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 01.07.2024 Tarihi saat 15:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2023/65

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	BONE MASKE GALOŞ DOLABI	1	ADET			
2	PANSUMAN ARABASI	2	ADET			
3	TEDAVİ ARABASI	2	ADET			
4	ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ ARABASI	1	ADET			
5	HASTA ÖNÜ YEMEK VE SERVİS MASALARI	8	ADET			
6	HASTABAŞI ETAJER	8	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com / Mail2: deniz-399@hotmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

## MASKE BONE GALOŞ VE KİRLİ DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kep bone dolabı Ameliyathane ve müdahale odaları içintamamen 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
- 2- Ürünün 6 adet kep bone maske gözü olmalıdır.
- 3- Ürünün 1 adet tek gözlü devrilir çekmecesini olmalıdır.
- 4- Devrilir çekmece çarpmalarda ses yapmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 5- Ürünün üst tablası 1mm, alt tablası 1mm, çevre saçları 0,8mm ve çekmece saç kalınlıkları 0,8mm olarak imal edilmiş olmalıdır.
- 6- Ürün üzerinde dört adet 50\*20 önler frenli arkalar sarhoş tekerlekleri olacak, her biri minimum 35 kg taşıma kapasitesine sahip olacak.
- 7- Ürünün ölçüleri: 40\*65\*155 cm olmalı (+%5)
- 8- Ürünün üzerinde yapılan kaynak işlemleri nikel özel elektrotlarla elektrik ark veya argon ark kaynağı tatbik edilerek yapılmış olmalıdır.
- 9- Dolabın iç ve dış yüzeylerinde kullanıcı veya konulu malzemelere zarar verecek kaynak çapağı, sivri ve keskin kenar bulunmamalıdır.
- 10- Üst tablalar ve görünen kaynak yerleri taşlanıp satine yüzey olarak yapılmış diğer yüzeyler tabii görünüşünde ve satine yüzey olarak bırakılmalıdır.
- 11- Ürünlerle ilgili hastane idaresi onayı alınmadan imalata başlanmayacak.
- 12- Ürün üzerinde yapılan diğer birleştirmeler pop perçin ve somunlu perçin-paslanmaz vida kullanılarak yapılmış olmalıdır.
- 13- Ürünün hastanelerin enfeksiyon kontrol komitesinin belirlemiş olduğu sterilizasyon ve temizlik malzemeleri ile temizlendiğinde en az 10 yıl dayanım ömrü bulunmalıdır.
- 14- İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- 15- Firma teklif vermeden önce kullanılacak yerle ilgililerle görüşüp varsa öneri sonrasında teklif verecektir.
- 16- 1 adet üretilecektir.
- 17- Dolapların bütününde 304K Paslanmaz Çelik kullanılmalıdır. Kullanılan paslanmaz çelik sertifikalı olmalıdır, sertifikalı teslimat aşamasında idareye sunulmalıdır.
- 18- Üretici firmanın TSE Hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 19- Üretici firmanın, Tıbbi cihazlar için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 20- Üretici firmanın ISO 13485:2012 uluslararası kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
- 21- Üretici firmanın ISO 14001:2004 uluslararası çevre yönetim sistemi belgesi olmalıdır ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Selma KUTLU  
Endüstriyel Ürün Sorumlusu  
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
MURAT KAPAKAYA

## ACİL MÜDAHALE ve TEDAVİ ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Çekmece rayları teleskop Özellikli olmalıdır.
- 2- Çöp kovası olmalıdır.
- 3- Derinlik 790 mm olmalıdır.(+/- 100 mm)
- 4- Yükseklik 1100 mm olmalıdır. (+/- 100 mm)
- 5- Genişlik 610 mm olmalıdır. (+/- 100 mm)
- 6- Gövde malzemesi ve üst tabla malzemesi polietilen, şase malzemesi dkp sac olmalıdır.
- 7- Çekmece sayısı 5 olmalıdır, içlerinde separatör olmalıdır.
- 8- Çekmece iç ölçüleri; 1. ve 2. çekmeceler:445\*545\*70 mm, (+/- 50 mm)  
3. ve 4. çekmeceler:445\*545\*160mm, (+/- 50 mm)  
1. çekmece:445\*545\*250mm (+/- 50 mm)
- 9- Manuel olarak kullanılan merkezi kırma kilit sistemi olmalıdır.
- 10- 4 adet tekerlek olup, 125mm çapında olmalı ve 2 tekerlek frenli olmalıdır.
- 11.Defibrilatör rafı 3 kademeli, DS37 malzemeden imal elektrostatik toz boyalı, emniyet kemerli,340\*380 mm olmalıdır.
- 11- Serum askısı alüminyumdan imal 20\*1,5mm 16\*1,5 mm boru olmalı ve 2 kancalı olmalıdır.
- 12- Resüsitasyon tahtası kırılmaz malzemeden imal olup 475\*595\*8,5 mm olmalıdır.
- 13- 2 yıl garantili olmalıdır.

KONYA SAĞLIK HASTANESİ  
Selma ALTUNTAŞ  
Endeskopi Ün. Sorumlusu  
Hemşire

KONYA SAĞLIK HASTANESİ  
Selma ALTUNTAŞ  
Endeskopi Ün. Sorumlusu  
Hemşire

KONYA SAĞLIK HASTANESİ  
Burcu KARAKAYA  
Endeskopi Ün. Sorumlusu  
Hemşire

#### PANSUMAN ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ebat ölçüleri: en az 500\*700\*100 mm olmalıdır. (+/- 100 mm)
2. Üst tabla malzemesi 1 mm kalınlığında paslanmaz çelik (AISI 304 DIN X5 CrNi 18-10) olmalıdır. (+/- 0,2 mm)
3. Şase malzemesi 25\*25\*1,2 mm kutu profil olmalıdır.
4. Gövde malzemesi 1 mm paslanmaz sac olmalıdır. (+/- 0,2 mm)
5. Çekmece sayısı 1 adet çekmece olmalıdır.
6. Çekmece boyutları 65\*40\*15 cm olmalıdır. (+/- 5 cm)
7. Çekmece içi bölme sayısı 2 adet ayıraç ile dört bölüm olmalıdır.
8. Tekerlek çapı ve adedi 100 mm 4 adet teker olmalıdır.
9. Fren sistemi iki teker üzerinde mandal şeklinde ayak ile kullanılan çapraz fren sistemi mevcut olmalıdır.
10. Dolap sayısı 1 mm (+/- 0,2 mm) paslanmaz sac, dolap ölçüleri 44\*30\*45 cm olmalıdır. (+/- 5 cm)
11. Çöp kovası 5 lt, arabaya demonte olarak bağlanmış olmalıdır.

KONYA SAĞLIK HASTANESİ  
BÜYÜK ÇARAKAYA  
Endüstriyel Bölge  
Hüsnüye

KONYA SAĞLIK HASTANESİ  
BÜYÜK ÇARAKAYA  
Endüstriyel Bölge  
Hüsnüye

KONYA SAĞLIK HASTANESİ  
BÜYÜK ÇARAKAYA  
Endüstriyel Bölge  
Hüsnüye

DEVE BOYUN HASTA YEMEK VE SERVİS MASASI  
TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Kullanılan malzeme tipi ABS olmalıdır.
- 2- Tabla derinliği en az 40 cm en fazla 46 cm olmalıdır.
- 3- Masanın minumum yüksekliği en az 79 cm en fazla 89cm olmalıdır.
- 4- Masanın maksimum yüksekliği en az 104cm en fazla 112cm olmalıdır.
- 5- Masanın yükseklik ayar mekanizması amortisörlü olmalıdır.
- 6- Masanın gövdesinde kullanılan profil et kalınlığı en az 1mm en fazla 1.5 mm olmalıdır.
- 7- Masada kullanılan boya kalınlığı en az 40 mikron en fazla 100 mikron olmalıdır.
- 8- Masada kullanılan boyanın cinsi elektrostatik toz boya olmalıdır.
- 9- Masada kullanılan tekerlerin çapı 50mm olmalıdır.
- 10- Tabla genişliği 67-88 cm olmalıdır.
- 11- Ürünün tanıtımı yapılmalıdır.
- 12- Nakliye ve üretim esnasında hasar gören ürünler kabul edilmez.


1- KULLANILAN MALZEME TİPİ ABS OLMALIDIR.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Selma ALTUNTAŞ  
Endoskopi Ünit. Sorumlusu  
Hüsnü

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
BÜYÜK KAPALI  
Hüsnü

## HASTA ETAJERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Genişlik 46 cm olmalıdır.
- 2- Yükseklik 81 cm olmalıdır.
- 3- Uzunluk 47 cm olmalıdır.
- 4- 2 çekmece ve tek orta rafı olmalıdır.
- 5- Alüminyum profil ile desteklenmiş çelik gövde olmalıdır.
- 6- Üst tabla ve ön panel HPL olmalıdır.
- 7- Temizliği kolay, çıkarılabilir ABS bölmeli çekmeceleri olmalıdır.
- 8- Hareket kolaylığı sağlayan tutamak olmalıdır.



KONYA SEHİR HASTANESİ  
Selma ALTUNTAŞ  
Endoskopi Ünt. Sorumlusu  
Hemşire

KONYA SEHİR HASTANESİ  
Burcu KARAKAYA  
Hemşire



## TEDAVİ ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arabanın içyapısı ve gövdesi en az 0,8mm -1.2mm Elektrostatik toz boyalı galvanizli sac malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Arabanın şasi gövdesi Elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
3. Arabanın gövdesi farklı aksesuarların bağlantısını yapabilmek için uygun tasarımda olmalı ve istenildiğinde ihtiyaç duyulan aksesuarlar eklenebilir olmalıdır,
4. Üst tabla en az 530 x 730 (±50) mm ebatlarında ABS plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. Üst tablanın üç tarafı yükseltilmiş kenarlara sahip olmalı ve sırt bölümünün yüksekliği en az 60 mm olmalıdır,
6. Araba en az 5 adet çekmeceye sahip olmalıdır. Çekmeceler HTM71 ya da ISO normlarına uygun 60x40 cm (±5 cm) ölçülerinde olmalıdır.
7. Çekmeceler metal veya plastik maddeden yapılmış olmalıdır.
8. Çekmecelerde sepet veya separatör olmalıdır,
9. Çekmecelerin içlerindeki tepsi,sebetler veya separatörler herhangi bir el aletine gerek duymadan kolayca çıkartılabilmeli ve dezenfektanlar ile temizlenebilmelidir,
10. Çekmece içleri ayıraçlar sayesinde ayrılabilir olmalıdır.
11. Çekmece kulpları plastik veya paslanmaz metalden üretilmiş olmalıdır.
12. Çekmecelerde, dayanımı yüksek rulmanlı frenli teleskopik ray kullanılmalı böylece açıldığında maksimum derinliğe ulaşılabilir olmalıdır.
13. Crash kilit olmalıdır.
14. İlaç arabasında üstte iki sıra halinde ilaç saklama kutusu olmalı, alt ve üst sırada 5 adet kutu olmalıdır.
15. Arabanın yan tarafında kolayca hareket ettirilmesini sağlayan itme kulpu olmalıdır,
16. Arabada en az 5 lt kapasiteli ABS plastikten imal edilmiş yıkanabilen ve çıkarılabilir çöp kovası bulunmalıdır.
17. Arabanın alt dört köşesinde sert ve darbe emici plastik malzemeden imal edilmiş koruma tamponu bulunmalıdır,
18. Arabada 0125 mm çapında, ikisi kilitlenebilir 4 adet tekeri olmalıdır,
19. Tekerlekler hastane ortamına uygun sessiz poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TANFESİ  
13.03.2013

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Selma ALTUNTAŞ  
Endüstriyel Sorumlusu  
Konya

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Büro KURAKAYA  
Konya

18. Arabanın Ebatları (En/Boy/Yükseklik) 840x600x105(h) mm ( $\pm 20$ mm) olmalıdır.
19. Firmanın, Tıbbi cihazlar için ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
20. Firmanın, ISO 13485:2012 uluslararası kalite yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
21. Firmanın, ISO 14001:2004 uluslararası çevre yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
22. Firmanın, ISO 18001:2004 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi olmalıdır.
23. Firmanın, ISO 10002:2004 müşteri memnuniyeti yönetim sistemi belgesi olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Sağlık Bakanlığı  
Eğitimci Uzmanı

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Sağlık Bakanlığı  
Eğitimci Uzmanı

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Burdur KATILIMCI  
Eğitimci Uzmanı