



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

10.06.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, SERUM SETİ ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 12.06.2024 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2024/961

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN Cinsi	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	SERUM SETİ HAZNELİ	150000	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

## SMT3704 SERUM SETİ

<b>SMT Temel İşlevi:</b>	1. Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı ve açma kapama klembi ile istenen miktarda mayii verebilmek için tasarlanmış olmalıdır.
<b>SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:</b>	2. Serum seti küçük hazneli, büyük hazneli, ışıktan korumalı çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
<b>Teknik Özellikleri:</b>	<p>3. Serumun haznesi küçük haznelilerde 7(<math>\pm</math>2)cc, büyük haznelilerde ise 12(<math>\pm</math>2)cc hacminde olmalıdır.</p> <p>4. Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalıdır.</p> <p>5. Açma kapama klembi olmalıdır.</p> <p>6. Açma kapama klembi parmakla kolayca kavranabilen veya makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalıdır.</p> <p>7. Serum haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalıdır.</p> <p>8. Enjeksiyon portu olmalıdır.</p> <p>9. Hortum uzunluğu en az 150 (<math>\pm</math>5)cm olmalı ve king yapmamalıdır.</p> <p>10. Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalıdır.</p> <p>11. Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalıdır.</p> <p>12. Setler iğneli olmalıdır ve iğne ucunda koruyucu kapak bulunmalıdır.</p> <p>13. Delme ucu kısmında hava girişi bulunmalıdır.</p> <p>14. Işıktan korumalı tiplerde herhangi bir şey sarmaya gerek duyulmadan kullanılabilmelidir.</p>
<b>Genel Hükümler:</b>	15. Ürünler steril olmalıdır ve sterilizeyi bozmadan açılacak şekilde tek tek paketlenmiş olmalıdır ve paketler 25 adetlik ambalajlarda ve bir kolide 500 adedi geçmeyecek şekilde sağlık tesislerine teslim edilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Mehmet CEYLAN  
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Özgür BORDAŞER  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Nurullah TEDİK  
Taşınır Kayıt Yetkilisi