



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

19.11.2024

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, TIBBİ SARF MALZEME ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 21.11.2024 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2024/2142

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ELASTİK BANDA 15 CM X 2 M	3000	ADET					
2	IDRAR TORBASI STERİL MUSLUKLU, 2000ML	10000	ADET					
3	KAN VERME SETİ	10000	ADET		OR1850	30,32 TL		
4	GÜMÜŞ NİTRAT (EKÜVYON) ÇUBUĞU (BURUN KOTER)	5000	ADET					

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdareміz bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh.temim@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SMT1080 İDRAR TORBASI, MUSLUKLU, STERİL

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, idrar yoluyla ilgili işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün şeffaf sentetik materyalden imal edilmiş olmalıdır. 3. Ürünün sıvı toplama kapasitesi 2000 ml olmalıdır. 4. Ürünün torbasının üzeri en az 50 ml en fazla 100ml aralıklarla derecelenmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürünün askı için delikleri bulunmalıdır. 6. İdrar torbasının hortum uzunluğu 100(±20)cm olmalıdır. 7. Ürün derecelendirme sıvı miktarını doğru olarak belirtmelidir. 8. Hortumun ucunda konik bağlantı konnektörü bulunmalı ve konektör üzerinde kapak olmalıdır. 9. Konnektör üzerindeki kapak konektöre iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalıdır. 10. Torba içi tam dolu iken bile sızdırma yapmamalıdır. 11. İdrar torbası musluğu kapalıyken torbanın hiçbir yerinden idrar sızdırmamalıdır. 12. Ürünün musluğu kendiliğinden açılmamalıdır. 13. Torbada idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalıdır. 14. Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığından 24 saat dayanabilmelidir. 15. Sondaya takılan idrar torbası ucu tam oturmalı sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalıdır. 16. Hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme ya da kırılma oluşturmayacak yeterlilikte esnek olmalıdır.
Genel Hükümler:	17. Ürün tekli ve steril paketlenmiş olmalıdır. 18. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Ecz. Mustafa YURAL

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Öğütken YURDDAŞER
Hastane Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Nurullah YEDİK
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

SMT4016 GÜMÜŞ NİTRAT ÇUBUĞU

SMT Temel İşlevi:	1. Nem ile aktive olan yapısı ile etkilenen mukoza bölgesinde kanamayı durdurmak ve sigil ya da leke gibi istenmeyen dokuların bertaraf edilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. %75 gümüş nitrat ve %25 potasyum nitrat içermelidir.
Teknik Özellikleri:	3. En az 160 C dereceye kadar dayanıklı olmalıdır. 4. Aktivasyon için nem gereklidir. 5. Çubuk şeklinde olmalıdır. 6. Çubuğun uzunluğu en az 15 cm olmalıdır. 7. Tek tarafı aktif olmalıdır.
Genel Hükümler:	8. Tek kullanımlık olmalıdır. 9. Ürün en az 50 adet en fazla 150 adetli ambalajlı şekilde teslim edilmelidir. 10. Ürün ışıltı almayacak bir şekilde paketlenmiş olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Eczacı **VURAL**

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Gökhan **TURDDAŞER**
Tasarruflar Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Nurullah **TEDİK**
Tasarruflar Kayıt Yetkilisi

SMT4280 KAN VERME SETİ

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün kan verme torbalarında kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Setler kendinden iğneli veya iğnesiz çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün hava girişli olmalıdır. 4. Setin boyu en az 150 cm boyunda olmalı ve hortum kırmaya ezilmeye dayanıklı olmalı king yapmamalıdır. 5. Ürünün damla haznesi en az 10 ml hacminde olmalıdır. 6. Ürünün haznesinde 200 mikron filtresi bulunmalıdır. 7. Ürün PVC hortumdan imal edilmiş olmalıdır. 8. Setlerde istem dışı akımı engellemek adına klemp (makaralı vb.) sistemi bulunmalıdır.
Genel Hükümler:	9. Ürün ambalajı üzerinde Türkçe olarak ürün özellikleri, uyarılar, açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. 10. Steril tekli ambalajda satışa sunulmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Özgür KURDAŞER
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Nurettin TUNÇ
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Nurettin ZORLU
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

SMT3689- ELASTİK BANDAĞ

SMG Temel İşlevi:	1. Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli, bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni) kendinden dokumalı olmalı, temiz, kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir. 3. Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	4. Elastik özelliği yüksek olmalı, gerilme özelliği sayesinde %100'e yakın uzayabilmelidir. 5. Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmamalıdır. 6. Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını kaybetmemeli, çabuk deforme olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında bozulmamalıdır. 7. Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır. 8. En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı, kanca elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.
Genel Hükümler:	9. İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen 'Uzama Özelliği' testine uygun olmalıdır. 10. Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
ÖZKAN ERDDAŞER
Taşınır Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
MURAT ERDİK
Taşınır Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
F. METE ÖZLÜ
Taşınır Kayıt Yetkilisi