



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

19.03.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, OBEZİTE BİRİMİ CİHAZ ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 24.03.2025 Tarihi saat 11:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2023/37

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	SEDYELER, HASTA SEDYESİ OBEZ	2	ADET			
2	HASTA NAKİL CİHAZLARI, HASTA TAŞIMA SANDALYESİ OBEZ	2	ADET			
3	HASTA KARYOLALARI, ELEKTRONİK OBEZ HASTA KARYOLASI	2	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

2

## OBEZ TEKERLEKLİ SANDALYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hareketli ve poliüretan kolçaklar olmalıdır.
- Statik boya olmalıdır.
- Refakatçi ayak basamağı ve kolları olmalıdır.
- Anti bakteriyel oturma ve sırt kumaşı olmalıdır.
- Çıkartılabilir ve uzunluğu ayarlanabilir ayaklıklar olmalıdır.
- Minimum 120 kg maksimum 310 kg hasta taşıma kapasitesi olmalıdır.
- Oturma genişliği: 67 cm üzeri olmalıdır.
- Dıştan dışa genişlik: 87 cm üzeri olmalıdır.
- Üretim hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- ÜTS kaydı olmalıdır.

3

## OBEZ HASTA YATAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yatma yüzeyi genişliği 101-126 cm olmalıdır.
- Yatma yüzeyi uzunluğu 202-223 cm olmalıdır.
- Taşıma yüksekliği 43 cm olmalıdır.
- Hasta ağırlığı minimum 120 kg maksimum 450 kg olmalıdır.
- Güvenli çalışma yükü 500 kg olmalıdır.
- Yükseklik ayarı 67 cm üzeri olmalıdır.
- Yatak baş kısmı açısı 0-48° olmalıdır.
- Dıştan dışa uzunluk minimum 230 cm olmalıdır.
- Dıştan dışa uzunluk maksimum 255 cm olmalıdır.
- Dıştan dışa genişlik 130 cm üzeri olmalıdır.
- Yatak diz kısmı açısı 0-16° olmalıdır.
- Yatak ters trendelenburg ve trendelenburg hareketlerini yapabilmelidir.
- Dıştan dışa genişlik minimum 110 cm olmalıdır.
- Üretim hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- ÜTS kaydı olmalıdır.

1

## OBEZ SEDYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Minimum 120 maksimum 305 kg taşıma kapasiteli olmalıdır.
- Sedye, hasta transferinde, acil müdahalelerde, basit cerrahi müdahalelerde kullanılabilir olmalıdır.
- Hidrolik güç sistemi olmalıdır.
- Lift yardımı olmadan dokunmatik tuşlar ile kullanılmalıdır.
- Yatay lift olmalıdır.
- Güç kaybı durumunda manuel çalışma olmalıdır.
- Entegre şarj istasyonu olmalıdır.
- Sedye yüksekliği ayarlanabilmelidir.
- Tamamı metal çerçeve iskelet olmalıdır.
- Sedye sırt, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini yapabilmelidir.
- Yükleme tekerlekleri olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Prof. Dr. Kemal ARSLAN  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 139787

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Abdülhalim Serden AY  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 139787

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Dr. Ali R. ÖZALP  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 139800

- Üretim hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olmalıdır.
- ÜTS kaydı olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Prof. Dr. Mustafa AKGÖZ  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 14440

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Abdulhalim Serden AY  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 139787

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Dr. Ali Hakan ÖZALP  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 139900