



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

28.03.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, BEYİN CERRAHİ BİYOMEDİKAL SARF ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 07.04.2025 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2025/35

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	TUR/DRİLL CİHAZI TUR UCU ATAÇMANI DÜZ	1	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

YÜKSEK DEVİRLİ YETİŞKİN KESİCİ ATAÇMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek kesici ataçman hastanemizde bulunan Medtronic marka Midas Rex Legend model yüksek devirli drill sistemi ile tam uyumlu ve aynı üretici firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek ataçman kraniyotomi yapmaya uygun olmalıdır.
3. Teklif edilecek ataçmanın şaft çapı 2,4 mm olmalıdır.
4. Teklif edilecek ataçman 2,3 mm lik kraniyotomi ucunu kullanmaya uygun olmalıdır.
5. Teklif edilecek ataçman kolay uç seçimi sağlamak için ayırtman renge sahip olmalı bu renk ürünün orijinal kataloğundan uç seçimine yardımcı olmalıdır.
6. Teklif edilecek ataçmanın motora takılıp sökülmesi kolay olmalıdır. Herhangi bir yardımcı enstrüman gerektirmemelidir. Bunun için ataçman üzerinde yol gösterici işaretler bulunmalıdır. Ataçman kesinlikle rotasyonel olmamalıdır.
7. Ataçman motora takıldıktan sonra 75.000 rpm e kadar sabitlenerek çalışabilmelidir.
8. Ataçman otoklavda steril edilebilmedir.

Op.Dr. Muhammed Erkam YÜKSEK
Konya Şehir Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 218112 / 176211

Op.Dr. Muhammet Talha KILDIRIM
Konya Şehir Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. Tes. No: 189894 / 170105

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Ali Rıza COVEN
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzm.
Dip. No: 116665