



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

27.03.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, KVC SARF MALZEME ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 07.04.2025 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmanız gerekmektedir.

Mucip No: 2025/679

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	OTOTRANSFÜZYON SETİ	10	ADET		OR1145	2.561,93 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıkışı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alınış işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alınma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh.temim@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

Doğrudan Temin
20 Adet

OTOTRANSFÜZYON SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Sut Kodu: OR1145

- 1) Ototransfüzyon setinde; 1 (bir) Adet Kardiotomi Rezervuarı, 1 (bir) Adet Bowl, 1 (bir) Adet Atık Torbası, 1 (bir) Adet Kan Torbası, 1 (bir) antikoagülasyon hattı ile kombine masa hattı, 1 (bir) vakum hattı ve bağlantı hatları (line) bulunmalıdır.
- 2) Kardiotomi Rezervuarı, en az 40 µm' lik filtre içermeli ve hacmi en az 4000 ml. olmalıdır.
- 3) Ototransfüzyon setinde; vakum kaynağı ile kardiotomi rezervuarı arasında vakumu sağlayacak vakum hattı olmalı ve rezervuar üzerine takılabilmelidir.
- 4) Kardiotomi rezervuarı üzerine, hastadan gelen kanı toplayacak olan masa hattı takılabilmelidir. Masa hattı, antikoagülasyon hattı ile kombine olmalı ve antikoagülasyon hattı damla odası ve spike içermelidir.
- 5) Kardiotomi rezervuarı üzerinde; en az 3 (üç) adet 1/4" ve 1 (bir) adet 3/8" ölçüsünde kan toplama portu bulunmalıdır.
- 6) Set içinde; santrifüj edilecek kanı, santrifüj edilmiş kanı ve yıkama solüsyonunu taşıyan hatlar (line) olmalıdır. Hatlar kullanım amaçlarına göre farklı renklerle (mavi, sarı, kırmızı) işaretlenmiş olmalıdır.
- 7) Set, 1000 ml kapasiteli eritrosit süspansiyonu toplama torbası içermelidir. Torbanın hattan ayrılabilme özelliği olmalı ve torbanın en az 2 (iki) adet klempli çıkışı olmalıdır.
- 8) Santrifüje takılan bowl şeffaf yapıda ve hacmi pediatrik için 125ml, yetişkin için ise ihtiyaca göre 175 ml ve 225ml olabilmelidir.
- 9) Santrifüje takılan bowl, 5600 RPM' de (dakikadaki dönüş sayısı) mayi içerisindeki eritrositleri ayırarak, geri kalan istenmeyen kan ürünlerinden ayırabilme özelliğinde olmalıdır.
- 10) Yıkama hattı, eritrosit süspansiyonu taşıma hattı ve kardiotomi rezervuarı kan taşıma hatları konektörle birleşmiş olmalı ve roller pompa modülüne tek bir hat olarak takılabilmelidir.
- 11) Yıkama hattı; "Y" konektörle ikiye ayrılarak, aynı anda iki yıkama solüsyonu torbasına bağlanabilmeli ve hatlar üzerinde klemp bulunmalıdır.
- 12) Atık torbası, en az 10 (on) lt. kapasiteli olmalı, boşaltma musluğu içermeli ve setten ayrılabilir özellikte olmalıdır.
- 13) Ototransfüzyon seti, elde edilen eritrosit süspansiyonunun hemotokritini ve yıkamanın kalitesini gösterecek sensörlere uyumlu olmalıdır.
- 14) Set, etilen oksitle steril edilmiş olmalı ve karton kutu ile paketlenmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mustafa Duralı
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dış. Tes. No: 132775

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Kadir DURGUT
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dış. Tes. No: 54859

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mustafa Cüney ÇEKİR
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dış. Tes. No: 94365