



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

09.05.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, GENEL CERRAHİ SARF MALZEME ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 13.05.2025 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2025/961

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ENDOSKOPIK SPESİMEN TORBASİ 10MM	150	ADET		OR2890	349,96 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh.temim@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SMT1280- SPESİMEN TORBASI, LAPAROSKOPİK

SMT Temel İşlevi:	1. Endoskopik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Endoskopik spesmen torba sisteminin şaftı 5-10-15mm çapında olmalıdır. 3. Torba hacmi 0-250 ml arası küçük, 251-750 ml arası orta, 751-1500 ml arası büyük ve 1500 ml üstü ekstra büyük olarak tanımlanır. 4. Endoskopik spesmen torba sisteminin kanül uzunluğu en az 25 cm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Endoskopik spesmen torba sisteminde kanülün içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaft ve/veya şaftsız doğrudan dışarı itilebilen tip olmalıdır 6. Endoskopik spesmen torbası yırtılmaya dayanıklı poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır 7. Endoskopik spesmen torbasının ağız çapı en az 5 cm, derinliği en az 14 cm olmalıdır. 8. Endoskopik spesmen torba sisteminin iç şaftı ve/veya kanülü itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı olarak ve/veya ağzındaki nitinol tel sayesinde doğrudan açılabilmelidir. 9. Endoskopik spesmen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ip veya ipe bağlı halka çekilerek torba kasnaktan ayrılabilmeli ve/veya şafta bağlı olmayan otomatik açılan torbanın ağzı büzülebilmelidir. 10. Torbanın büzülmesi için gerekli ipin kesilmesini sağlayan iç şaftta bulunan gizli bir bıçak olmalı ve/veya otomatik açılan torbalarda buna gerek olmamalıdır. 11. Endoskopik spesmen torba sisteminin iç şaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma yönünü belirten bir uyarı yazısı veya işaret olmalıdır. 12. Spesimen torbası şeffaf olmalıdır.

KONYA SEHIR HASTANESİ
Doç. Dr. Gürkan SIMŞEK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. T. S. No: 132933

KONYA SEHIR HASTANESİ
Doç. Dr. Mustafa Zengin
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. T. S. No: 139707

SMT1280- SPESİMEN TORBASI, LAPAROSKOPIK

Genel Hükümler:	<p>13. Malzemeler, steril, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</p> <p>14. Ambalajının üzerinde son kullanma tarihi, LOT ve UBB bilgisi bulunmalıdır.</p>
------------------------	--

KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Gökhan ŞİMŞEK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tıp No: 12653

KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Gökhan ŞİMŞEK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tıp No: 12653

KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Gökhan ŞİMŞEK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tıp No: 12653