



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

09.05.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, GENEL CERRAHİ SARF MALZEME ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 13.05.2025 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2025/962

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN Cinsi	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	LAPAROSKOPIK TRANSANAL CERRAHİ KİT TEK KULLANIMLIK	3	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aklı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdareimize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:


Doğrudan Temin Birimi Tel:


Mail: ksh.temim@gmail.com


NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.


Transanal Port Teknik Şartnamesi

- 1- 5-12 mm Universal Conta kombinasyonları, eşzamanlı gaz insüflasyonu ve/veya duman tahliyesi sağlayacak stopcock valfleri ve iki adet gaz kanalı ile kolay erişim sağlamalı ve farklı çapta laparoskopik alet giriş çıkışına uygun olmalıdır.
- 2- Ek yara kılıfı veya trokar kullanımına gerek kalmaksızın dahili alet erişim portu ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Transanal erişim kanalına zorlayarak trokar girilmemeli mevcut erişim portu ile alet çakışması engellenmeli ve kullanıcıya geniş hareket kabiliyeti sağlanmalıdır.
- 4- Özel yapılı silikon dizaynı alet oryantasyonunu ve yumuşak alet manipülasyonu sağlamalıdır.
- 5- Erişim portu üzerindeki port kapakları çıkarılarak robotik sistem ve/veya alternatif insüflasyon cihazları bağlanabilmelidir.
- 6- Port erişim tablası Transanal erişim kanalı üzerinden kolayca alınabilmeli bu sayede kolay ve hızlı örnek almayı sağlamalıdır.
- 7- Transanal Erişim Kanalı hasta profiline göre uç farklı uzunlukta (30mm, 55mm ve 70mm) temin edilebilir olmalıdır.
- 8- Transanal erişim kanalı üzerinde hasta cildine sabitleme yapılabilmesi için iki adet dahili sütur sabitleme noktası bulunmalıdır.
- 9- Transanal erişim kanalı çapı 35mm olmalıdır.
- 10- Olası travmayı engellemek, kesinlikle hava kaçırmaz bir conta oluşturmak ve anal kanal boyundaki anatomik çeşitliliklere uyum sağlamak için her bir Transanal erişim kanalı ile beraber bir silikon ara halka parçası verilmelidir.
- 11- Ameliyat esnasında oluşan tehlikeli gazları ve ameliyat alanının görünümünü engelleyen buharları emniyetli biçimde filtrelemek üzere Port erişim tablası çıkışına takılacak özel karbon filtre setin içerisinde hazır olmalıdır.
- 12- TransAnal Port sistemi aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
 - 1 x Transanal Erişim Kanalı (30,55 veya 70mm)
 - 1 x Anal Dilatör/İntroducer
 - 1 x Özel Karbon Duman Tahliye Filtresi
 - 1 x Atravmatik Silikon Ara Halka Parça
- 13- Set steril ve tek kullanımlık olmalıdır.


KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Gökhan Şimşek
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 132653


KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Gökhan Şimşek
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 132653


KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Gökhan Şimşek
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 139787


KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Gökhan Şimşek
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 300-55006