



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

09.05.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, ÜROLOJİ SARF MALZEME ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 13.05.2025 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2025/967

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	DOUBLE J SİLİKON (UZUN SÜRELİ) ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI 4.8 F 26 CM	40	ADET		UR1034	168,44 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alımı işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alın a esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SMT1708-ÜRETERAL STENT, DOUBLE J, KALICI

SMT Temel İşlevi:	1. Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri:	<p>2. Stentin vücutta en az 6 ay kalabilecek nitelikte bir malzemeden (karbotan, silikon ve diğer polimer türevlerinde) üretilmiş olmalıdır.</p> <p>3. Stent bir ucu açık bir ucu kapalı veya her iki ucu açık olarak üretilmiş olmalıdır. Minimal travma için stentin proksimal ucu yuvarlatılmış olmalıdır.</p> <p>4. Stent uçları Double-J olmalıdır.</p> <p>5. Stent kullanıcının tercihi doğrultusunda 3-8Fr arasında ve 10-30cm ebatları arasında olmalıdır.</p> <p>6. Stentle beraber 100-160cm uzunluğunda PTFE kaplı kılavuz tel olmalı, kılavuz telin bir ucu yumuşak, bir ucu sert olmalıdır.</p> <p>7. Stentle aynı kalınlıkta, eşleştirme sistemli veya düz uçlu radyoopak marker içeren 40-100cm uzunluğunda itici bulunmalıdır.</p> <p>8. Stent radyoopak olmalıdır.</p> <p>9. Stentin distal ucu sabitleme süturlu veya sütursuz olmalıdır.</p> <p>10. Stentin üzerinde cm çizgileri ve her 5cm de bir marker çizgileri olmalıdır.</p>
Teknik Özellikleri:	11. Set içinde tek elle kolay açılıp kapatılabilen 2 adet klemp bulunmalıdır. Klemp stenti ve kılavuz teli deforme etmeyecek nitelikte olmalıdır.
Genel Hükümler:	12. Ürün steril edilmiş set halinde olmalıdır. Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm.Dr. Dr. Mustafa KORKTOPÇU
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 146251

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm.Dr. Dr. Mustafa KORKTOPÇU
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 146251

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm.Dr. Dr. Mustafa KORKTOPÇU
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 146251