



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

29.05.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, ÜROLOJİ SARF MALZEME ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 02.06.2025 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2025/1128

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ÜRETRAL DİLATATÖR SETİ	2	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak

S-CURVE URETHRAL DILATOR SET TEKNİK DOKÜMANI

1. Dilatör set hidrofilik özelliği ile minimum sürtünmeye sahip olmalıdır.
2. Set üretra dilatasyonu için hidrofilik kaplı ve uygun kayganlığa sahip olmalıdır.
3. Dilatatörlerin sıvı ile temas sonrasında hidrofilik özelliği aktif olmalıdır.
4. Anatomiye uygun olarak guide wire üzerinden döndürülerek ilerleyebilmelidir.
5. 0.038 guide wire kullanımına uygun olmalıdır.
6. Setin içerisinde 8,10,12,14,16,18,20 Fr olmak üzere 7 adet dilatatör bulunmalıdır.
7. Kliniğin talebine göre 22-24-26 Fr dilatatörler ayrı ve steril paketlerde teslim edilebilmelidir. Teklif veren firmalar bu ürünlerin de UBB'lerini ayrı ayrı tekliflerinde belirtmelidir.
8. Dilatatörlerin uzunluğu 37 Cm olmalıdır.
9. Dilatatörler S konfigürasyonunda olmalı ve distal uçları inceleyerek sonlanmalıdır.
10. Dilatatörler distal uçla typer kısmın proksimalinde bir adet yıkama deliğine sahip olmalıdır.
11. Dilatatörler üzerlerinde kaç Fr. olduğu belirtilmelidir.
12. Hepsi aynı paket içinde ve steril olmalıdır.
13. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.
14. Ürünün CE belgesi olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Mehmet Serkan ÖZKENT
Dip. Tes. No: 181786

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Mehmet Serkan ÖZKENT
Dip. Tes. No: 149351

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Müzafer Tansel KILIÇ
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 149353