

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEME ADI/ SUTKODU	DİSPOSABLE 2 PARÇALI ENJEKTÖR 10 ML
FİZİKSEL ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enjektör iki parçalı olmalı ve pistonu contasız olmalıdır. 2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kılıfı, ana gövde ve contasız pistonu olmalıdır. 3. Enjektör iğnesi pütürsüz olmalı, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takılma olmamalıdır. 4. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayı engelleyecek, gövde içinde rahat kayabilecek ve ana gövdeden rahat çıkmayacak nitelikte olmalıdır. 5. Enjektör içine çekilen sıvıya dayanıklı olmalıdır. 6. Çok yavaş aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmalı enjeksiyon sonrası kalan hacim minimum olmalıdır. 7. Enjektör gövdesi transparan olmalı ve kullanım sırasındaki basınca dayanıklı olmalıdır. 8. Enjektörlerin üzerinde okunaklı birimlendirme işaretleri (çizgi) ve numaralandırma (hangi ml'ye denk geldiği numaralar) olmalıdır. Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme işareti olmalıdır, her ml'de bir birimlendirme işareti ile birlikte numaralandırma da olmalıdır. 9. Enjektör iğnesinin yerleştiği bağlantı yeri merkezden kaçık olmalıdır. 10. Enjektör 10ml. Ucu: 21G- yeşil uç olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. İğnelerin enjektöte takılacak kısmı polypropileden, metal kısmı krom-nikel karışımı ve paslanmaz çelik ucu plastik bir kılıf içerisinde bulunacaktır. 2. Enjektörler etilen oksit gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim ambalajının üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Perinatoloji polikliniği
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 2. Enjektörler steril paketlerde tekkullanımlık olmalıdır. 3. Enjektörlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için iyi yapılmış ve bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teklif veren firmalar satın alma aşamasında değerlendirmek üzere yeterli sayıda numune temin etmelidir. 2. Yüklenici firma; kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 3. Yüklenici firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
DİĞER HUSUSLAR	

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Erzat TÖRKER
Perinatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 137786

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm.Dr.Ömer TAÇDERER
Perinatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 147594

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Sükran DOĞRU
Perinatoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 186725



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

29.05.2025

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, PISTONSUZ ENJEKTÖR ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 02.06.2025 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2025/1135

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ENJEKTÖR 10 ML 21G (YEŞİL) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) İKİ PARÇALI	250	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.