



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

14.05.2026

İlgili Firmaya:

Satın almaya esas olmak üzere, LAZER(ÜROLOJİ SARF MALZEME) ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 18.05.2026 Tarihi saat 11:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/3179

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ÜROLOJİK LAZER PROBU, UZATMALI SMA KONNEKTÖRLÜ, 272 MİKRON FİBER	8	ADET		UR1027	5.336.10 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1- Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2- Şartnamede tanımlanmış ölçüler ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" verileceğini taahhüt ederim.
- 3- İstediğiniz hizmetleri alıp alamayacağınız veya her zamanın alamayacağınızdır.
- 4- İTİDİB ile ilgili belgeleri sorguladığınızda sonuç olumsuz ise durumun teknikleride bildiğinizden itibaren (Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve model teklif mektuplarında yazılı olacaktır (T.C. Baş ve Tahsin Üstün Üstün Rüşd Bankası (özetle eklenmiştir).
- 5- Firma satın almaya alan şartnamelerine göre eleştirilen malzemelere fiyatın teklif vermemesi kabul edilebilir.
- 6- Firma MEĐXLA sistemine tanımlanmış barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7- Firma MEĐXLA sistemine tanımlanmış barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8- Firma MEĐXLA sistemine bbbi malzeme alan şartnamelerine göre eleştirilen barkodlu ürünleri teklif etmemesi ve aynı zamanda teslimatı yerine o ürünleri teslim etmemesi.
- 9- Teklif verirken alınan şartnameyi tam olarak okunmuş ve taahhüt altına girilmiştir. Teklifler başka maddelerle değiştirilmemiş, genelleştirilmemiş, eklenmemiştir.
- 10- Firmaların, Hizmetleri Tanımlama Doğrulama Temin Etmeleme teklif edilecek mal/hizmet/yapım ile ilgili şartname, katalog veya diğer uygulamaların kompetans beyan ettiği doğrultusunda beyan edilecektir.
- 11- Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç vergi, resim, harç, tapma, nakliye sigorta ve yüklenicinin ait olacaktır.
- 12- Alternatif ve şart teklif kısımları kabul edilmeyecektir.
- 13- Aynı adanmış, bbbi olarak teklif edilecek ödeme politikaları ve marjın ortasında gerekliliklerdir.
- 14- Mal ve Fatura yollanışa giderler teklifden ayrı ayrı a parça olarak, Şartname (Doğrulama Temin Etmeleme) parçalarını teklifden ayrı ayrı değerlendirilmesini için önemli gerekliliklerdir.
- 15- Alınan esas teklif şartnameye ek olarak kopyalarını eşitleyenler her husus olduğu aktarılmış halinde, idarelerce bu durumla ilgili teklif alırken şartnameye yazılı olarak eklenmelidir.

Adres
Nispetiye Temin Hizmeti Teli
E-posta: ksh.temin@gmail.com
7/7 ŞARTNAMELEK HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR

Reusable Cerrahi Lazer Fiberi Şartnamesi 10 adet

1. Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşımak için üretilmiş olmalıdır.
 2. Teklif veren Firma Quanta System Marka Litho model Holmium lazer cihazı ile tam uyumlu çalışmalıdır .
 3. Fiberler özellikle 2100 nm holmium lazer enerjisini taşımalı ve 532 nm ile 2250 nm aralığında dalga boylarıyla çalışabilmelidir.
 4. Fiber çapları **272 micron ile 1000 micron çapta kullanıcının istediği çapta verilecektir.**
 5. Fiberler Kurumda kullanılan diğer cihazlar ile uyumlu olmalıdır.Bu kapsamda doğacak her türlü ihlalden ve teknik sorundan yüklenici firma sorumlu olacaktır.Diger cihazlar ve sistemler ile tam entegrasyon sağlanabilir olmalıdır.
 6. Fiber konektörü Yüksek Enerji SMA905 ve Freestanding konektör olmalıdır. Fiber asgari olarak kullanılacağı cihazın enerjisi taşıyabilmelidir.
 7. Fiber temaslı, yarı temaslı ve temassız çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
 8. Fiber Low OH Silica-Silica NA 0.22 yapıda malzemededen imal edilmiş, dış yüzeyi blue buffer ve ETFE kaplı olmalıdır.
 9. Fiberler reusable özellikte olmalı, uç kısmından kesilerek tamir edilebilmelidir.
 10. Fiber boyu en az 3 metre $\pm 0,2m$. uzunlukta olmalıdır.
 11. Fiber distal ucu bare tip, 5mm $\pm 1mm$. Soyulmuş olmalıdır.
 12. Teklif edilen fiberler etilen oksit steril paketlenmiş, özel plastik veya kalın kağıt üzerine sabitlenecek şekilde sarılmış ve iç içe 2 paket halinde olmalıdır.
 13. Fiberlerin raf ömrü paketlenme tarihinden itibaren en az 5 yıl olmalıdır.
 14. Fiberler etilen oksit ve otoklav sterilizasyonuna uygun olmalı 134° de 5dk. Ve 2 bar basınçta otoklavda steril edilebilmelidir. Tek kullanım amaçlı üretilmiş fiberler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 15. Teklif edilen fiberlerin cihaza uyumlu çalışabilmesi ve cihazla bağlantısının yapılabilmesi için her hangi bir adaptör bağlantı aparatı vs. ihtiyaç duyulmamalıdır.
 16. Fiberlere ilişkin cihaz tarafından herhangi bir kullanım sınırlaması getirilmemelidir.
 17. Fiber konektörünün cihaza bağlanan hassas kısmını kapatarak koruma sağlayan fiber kapağı olmalı ve bu kapak fibere vidalama yöntemiyle sabitlenmelidir. Yıvli sabitlenen kapak yerine kullanılan ve yivlere sahip olmayan konektörün üzerine geçerek kapama sağladığı halde kolayca çıkabilen kapaklı ürünler Kabul edilmeyecektir.
 18. Kurumun talep ettiği fiber karşılığında aşağıdaki özelliklere sahip 1 (Bir) adet 35 Watt Holmium Lazer cihazı 1(bir) yıl süre ile hastaneye konsinye olarak bırakılacaktır..
 19. Hastane 'ye teslim edilecek olan 1 (Bir) adet 35 Watt Holmium Lazer cihazı . Teklif veren firma tüm bakımları kullanım süresince ücretsiz olarak yapacaktır.,
- Fiberlerle birlikte kullanıma bırakılacak Holmium Lazer teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:**

- a) Gücü: Cerrahi uygulamaları da yapabilmek için en az 35 watt olmalıdır.
- b) Dalga boyu: 2100 (± 0) nanometre ve lazer kaynağı Ho:YAG olmalıdır.
- c) Atım enerjisi: Asgari 0,1 J. den asgari 5 J.'e kadar ayarlanabilir olmalıdır.
- d) Atım süresi: Asgari 95 mikro saniyeden asgari 1500 mikro saniye çıkabilmelidir ve cihaz uygulama modu seçilerek atım sürelerini otomatik ayar yapabilmelidir.
- e) Cihazın atım frekansı: Asgari 3 Hz. ile asgari 30 Hz'de (bu iki değerinde dahil olmak üzere) arasında ayarlanabilir olmalıdır.
- g) Sistem güvenli, performanslı ve hareket ettirilebilir olmalıdır. Bunun için yekpare ünite (tower -kule- tip) olmalı, bir sehpa, kaide veya cart üzerinde konumlandırılmamış; bütünlüklü ve bu yapıyla ayrı ayrı kilitlenebilir kendinden 4 tekerlekli olmalı ve 90 kg. geçmemelidir. Bu sayede ameliyathane içerisinde

KONYA SEHIR HASTAHESİ
Op. Dr. Muzaffer Mansel KILINÇ
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No:149355

KONYA SEHIR HASTAHESİ
Doç.Dr. Haluk Şenol ÖZTÜRK
Dip. Tes. No: 147786

KONYA SEHIR HASTAHESİ
Dr. Mustafa Zeki ÖZTÜRK
Üroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 134996

istenilen yerde rahatlıkla, güvenle konumlandırılabilmesi ve ameliyat salonları arasında güvenle taşınabilmelidir

- h) Cihaz ready modunda iken ayak pedalına basılmadığında enerji tüketmemesi ve güvenlik açısından kendini standby konumuna almalıdır. Standby konumuna geçme süresi kullanım alışkanlıkları ve her ameliyat veya ameliyathane ortamının kendine has çalışma ortamı farklılık gösterebileceğinden, zorluk çıkarmadan çalışabilmesi için uygulayıcının isteği doğrultusunda ayarlanabilmelidir. Stand by ve Ready konumları arasındaki geçişler ayak pedalı üzerinden de sağlanabilmelidir. Ulaşım, kullanım kolaylığı sağlaması açısından ayak pedalı bağlantısı cihazın ön panelinde ve takılma gibi hataları engelleyebilmek için cihazın alt kısmında olmalıdır.
- l) Soğutma için dışarıdan ayrıca soğutma sistemi gerekmemelidir. Dahili soğutma sistemi cihazın içinde sistemin bir parçası olmalıdır. Cihaz hava ve su soğutma sistemine sahip olmalı ve cihazın bildirilen çalışma ortamı sıcaklıkları en az 30°C olmalıdır. Soğutma sıvısı seviyesinin takibi cihaz üzerinden kolayca yapılabilmelidir. Cihazın soğutma sıvısı kullanıcı tarafından teknik servis gereksinimi olmadan eklenebilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Op. Dr. Muzaffer Tanael KILINÇ
Üroloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 149335

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mehmet Ali KILIÇ
Dip. Teş. No: 161786

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Muhammed Zehid ÖZEL
Üroloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 134996