



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

29.04.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, MALZEME ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 04.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/29

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	DENTAL ASPIRASYON YOLU TEMİZLEME VE DEZENFEKSİYON SOLÜSYONU 1 LT	60	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Sartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMESİ HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

DENTAL ASPİRASYON SİSTEMİ TEMİZLEME VE BAKIM SOLÜSYONU

1. Dental aspiratör sistemlerinin ve kreşuarların temizlenmesi ve bakımında kullanılmalıdır.
2. Konsantre ürün olmalıdır.
3. Ürün temizleyici aktif madde, amfoterik aktif madde,2-aminoetanol, n-alkil dimetil benzil amonyum klorür içermelidir.
4. Ürün aldehit fenol, klor ve fosfat içermemelidir.
5. Köpük oluşturmamalı ve tahliye sistemine zarar vermemelidir.
6. Kan, organik dokular, kötü kokuları aspiratör sistemlerinin ve kreşuarların sisteminden sökebilmelidir.
7. Materyal uyumluluğu(metaller, plastikler vb.) yüksek olmalıdır.
8. Tüm aspiratör sistemleri ile kullanımında uyumluluk göstermelidir.
9. Bir uygulama için 2 litre suya en fazla %2 'lik kullanıma hazır solüsyon elde edilebilmelidir.
10. Kullanıcının ürünü doğru miktarda, verimli ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak adına 1 litrelik ürünlerin kendinden dozajlı ambalajlara sahip olması zorunludur.
11. 1 Litrelik özel dozaj ayarlama sistemi olan plastik şişelerin kapakları kilitli kapak olmalıdır.
12. Ürün üzerinde menşei, üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numaraları bilgileri yer almalıdır.

KONYA SAĞLIK HASTANESİ
Dip. Tes. No: 20648

KONYA SAĞLIK HASTANESİ
Dt. Ahmet Feriz KÖZELİ
Dış Tabibi
Dip. Tes. No: 37502

Dt. Gökçen FERİZ
Dış Tabibi