



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

30.04.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, 3 PARÇALI LENS ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 04.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/2544

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	HİDROFOBİK AKRİLİK KATLANABİLİR ÜÇ PARÇALI İOL(İNTRAOKÜLER LENS) TÜM NUMARALAR	50	ADET		GZ1018	400,21 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve model teklif mektuplarında yazılı olacaktır (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükümlenmeye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabii oluşan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemli gerekmektedir.
- 15-Alma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu şiddası halinde, idaremize bu duruma ilişkin teklif stresini içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh\_temin@gmail.com

NOT: ŞARTNAMESİNİN HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

### 3 PARÇALI KATLANABİLİR HİDROFOBİK GÖZİÇİ LENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Optiğin tamamı hidrofobik akrilik yapıda olmalıdır. Optik su içeriği %5'den az olmalıdır. Lens sıvı içerisinde olmamalıdır.
2. Optik çapı \*\*6.00 mm\*\*, haptik boyu \*\*13.00 mm\*\* olacaktır.
3. Optik şekli \*\*bikonveks\*\* olacaktır.
4. A sabiti \*\*118.4\*\* olacaktır.
5. Haptik optik arasında \*\*5-10 derece\*\* açı olmalıdır.
6. Teorik AC derinliği en az \*\*5.0 mm\*\* olacaktır.
7. Refraktif indeksi \*\*1.47 veya 1.55\*\* olacaktır.
8. Optik katlanabilir özellikte olacaktır.
9. Ultraviyole absorban olmalıdır.
10. Haptikleri \*\*polimetilmetakrilat (PMMA)\*\* yapıda ve mavi renkte olacaktır.
11. PCO gelişimi engelleyecek ve glare oluşturmayacak şekilde kenar yapısına sahip olmalıdır. Lens PCO gelişimini engelleyecek optiedge dizayna sahip olması tercih nedenidir.
12. Küçük kesili katarakt ameliyatında arka kamaraya, kapsül içine yerleştirilebilecek ve katlanınca \*\*2.8mm'lik kesiden\*\* implante edilebilecektir.
13. İmplantasyon ile ilgili olarak her lens ile \*\*disposable kartuş ve 1 adet reusable kullanıma uygun unfolder sistemi\*\* konsinye olarak verilecektir.
14. Haptikleri modifiye edilmiş \*\*C loop\*\* şeklinde olacaktır.
15. Teklifle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir.
16. Ürünün \*\*ÜTS kaydı\*\* olmalıdır.
17. Klinik hekimlerince denenerek karar verilecektir.
18. Son kullanma tarihine 6 ay kalan lensler yenileri ile değiştirilmelidir.
19. Talep edilmesi halinde satın alınan lensler farklı dioptiri ile değişimi sağlanmalıdır.

KONYA SEHIR HASTANESİ  
Doç. Dr. Zeynep DADACI  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Diy. Tıp No: 100011

KONYA SEHIR HASTANESİ  
Doç. Dr. Zeynep DADACI  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Diy. Tıp No: 100011

KONYA SEHIR HASTANESİ  
Doç. Dr. Zeynep DADACI  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Diy. Tıp No: 100011

KONYA SEHIR HASTANESİ  
Doç. Dr. Zeynep DADACI  
Göz Hastalıkları Uzmanı  
Diy. Tıp No: 100011