



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

05.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, ESWT CİHAZI TAMİR HİZMETİ ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 07.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/32

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ESWT / RSWT / ŞOK DALGASI TERAPİ SİSTEMLERİ, YÜKSEK SEVİYE DAİRESEL ŞOK DALGASI TERAPİ SİSTEMİ	1	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edebilecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası halinde, İdaremize bu durumda ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

## TEKNİK ŞARTNAME

MARKA MODEL	CİHAZ/ÜRÜN/ SİSTEM ADI	KÜNYE NO	KULLANILAN BİRİM
ELMED/VİBROLITH ORTHO ESWT	ESWT CİHAZI	1018008148	FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ

1. Firma yukarıda bilgileri belirtilen ELMED marka ESWT CİHAZI onarımını yedek parça dahil tam olarak sağlayacaktır . Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış ve orijinal parça olacaktır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.
2. Firma onarım işlemi sonrasında cihaza ait testleri gerçekleştirmeli ve sonuçlarını raporlayarak sunmalıdır.
3. Firma hastanemiz Klinik Mühendislik biriminden onay almadan işi tamamlamış sayılmayacaktır
4. Kullanılan her türlü yedek parça ve yapılan işlem en az 6 AY süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Ve bu garanti cihaza yapılan onarım işlemi yazılım etkileri ve birbirini etkileyecek alanlarda oluşacak etkiler arızalar dahil (yazılım , donanın vb gibi ) garanti kapsamında olacaktır Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.
5. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanamaz.
6. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.
7. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.
8. Teslimat sonunda,Klinik mühendislik ekipleri gözetiminde cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.
9. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.
10. Firma ilgili yedek parçaların fiyatını (İdarenin istemesi durumunda eski parça iadeli veya iadesiz) olarak teklif edecektir.
11. Faturada hizmetin siparişte belirtilen tam ismi geçmeli
12. Yukarıda belirtilen parçaların ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.
13. Firma, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmiş, "TS12426 Yetkili Servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar" veya "TS13703 Özel Servisler-Tıbbi Cihazlar-Kurallar" standartları kapsamında belgelerini bulunduracak ve sunacaktır.
14. Firma personelinin ÜTS kaydı bulunacaktır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Muhammed Onur AVCI  
Biyomedikal Mühendisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Mustafa Ata ATEŞ  
Teknikeri

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Rabia ÖDEMİS  
Biyomedikal Teknikeri

