



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

12.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, EGZERSİZ SETİ ALINMASI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 14.05.2026 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/85

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

| S.N. | MALZEMENİN CINSİ | MIKTARI | BİRİMİ | UBB NO | BİRİM FİYATI | TOPLAM TUTARI |
|------|----------------------------|---------|--------|--------|--------------|---------------|
| 1 | FİZİK TEDAVİ EGZERSİZ SETİ | 1 | SET | | | |

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ÇOK YÖNLÜ EGZERSİZ İSTASYONU SETİ ŞARTNAMESİ

1

Malzeme Listesi

1. Egzersiz istasyonu(3 adet)
2. Dirençli tüp egzersiz bandları
3. İlave egzersiz sistemi aksesuarları
4. Worm screw(1 adet)
5. Set of pins seti(1 adet)
6. Magnetic games(1 adet)
7. Spheres set(1 adet)
8. Floxe Extension (1 adet)
9. Prone Supination (1 adet)
10. Cold pack pedi (100 adet)

1.Egzersiz istasyonu(3 adet)

1. Üç düzlemlili (dikey, yatay ve enine) hareket olanağı sağlar, bu sayede üst ve alt ekstremite kuvvet antrenmanı için kapsamlı bir rehabilitasyon sunmalıdır.
2. Kliniklerde veya sınırlı alanlarda tüm vücut rehabilitasyon programının uygulanabileceği entegre, küçük alan kaplayan bir yapıda olmalıdır.
3. Kolay hasta kurulumu, egzersiz tablolarının oluşturulması ve dokümantasyon takibi için kaydırma rayları ve pozisyon göstergeleri bulunmalıdır.
4. Egzersiz bantlarının ve tüplerinin güvenli bir şekilde sabitlenmesi için özel bağlantı noktaları mevcuttur olmalıdır.
5. Yoğun klinik kullanıma uygun, son derece dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Yaralanma sonrası rehabilitasyon, kas güçlendirme ve hareket açıklığını artırmalıdır.
7. Egzersiz toplarının ve denge disklerinin kullanımına olanak tanıyan yapı.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Haikan KİŞPİNAR
Sorumlu Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
KURUM BAŞBİRLİ
Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr.Nermin ATCI
Fizik Tedavi ve Rehab. Uzm.
Dip. Tes. No: 120670

8. Hastaların güvenli bir şekilde ayakta durabileceği ve egzersiz yapabileceği sabit zemin yapısı bulunmalıdır.
9. Rehabilitasyon merkezleri, hastaneler ve spor hekimliği üniteleri için uygun olmalıdır.

10. (1 adet çok yönlü egzersiz istasyonu setinde bulunması gerekenler)

- Duvar istasyonu ünitesi.(kayar raylı,pozisyon göstergeli ve tek elle kitlemeli üç hareket düzlemi sağlayan çok boyutlu duvara montaj sistemi)-altı bağlantılı noktalı portatif taban sistemi
- dört kademeli ve üç uzunlukta dirençli tüpler
- üç egzersiz topu (sarı,yeşil,kırmızı)
- iki denge pedi seti(yeşil,mavi)
- bel kemeri,yardımcı askılar(2),baş askısı,egzersiz barı,ekstremitte askıları(2),egzersiz kulpları(2),aksesuar askısı
- egzersiz cd si
- dört adet tam renkli egzersiz duvar posterleri

2.Dirençli tüp egzersiz bandları

- 2 kutu(en az 30 metrelik)sarı renkli egzersiz tüp bandı
- 2 kutu(en az 30 metrelik)kırmızı renkli egzersiz tüp bandı
- 2 kutu(en az 30 metrelik)yeşil renkli egzersiz tüp bandı

3.İlave egzersiz sistemi aksesuarları

- 61 cmlik bağlantı uçlu 10 adet sarı renk dirençli tüp bandı
- 61 cmlik bağlantı uçlu 10 adet kırmızı renk dirençli tüp bandı
- 61 cmlik bağlantı uçlu 10 adet yeşil renk dirençli tüp bandı
- 45,5 cmlik bağlantı uçlu 10 adet sarı renk dirençli tüp bandı
- 45,5 cmlik bağlantı uçlu 10 adet yeşil renk dirençli tüp bandı
- 45,5 cmlik bağlantı uçlu 10 adet kırmızı renk dirençli tüp bandı
- D bağlantı uçlu 30 adet egzersiz kulpları

4. Worm screw(1 adet)

- Destek ve 2 farklı çapa sahip çubuktan oluşmalıdır.Bu destek, çubuğun dönme direncinde küçük bir ayarlama yapma olanağı sağlar.
- Boyutlar: 39,5 x 17,5 x 15 cm;Ağırlık: 2 kg

5. Set of pins seti(1 adet)

- Bu set, farklı zorluk seviyelerinde kavrama ve vidalama için farklı baş şekillerine sahip beş pim içerir.(5 parçalık set).
- Vida ve montaj tablası birlikte verilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
S. ... Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Nermin ATCI
Fizik Tedavi ve Reha.Uzm
Dipl.Tes.No. 127570

6. Magnetic games(1 adet)

- 8 adet manyetik üst kısma sahip, dört farklı renkte (yeşil, sarı, kırmızı ve mavi) 8 metal disk içeren bir set olmalıdır.
- Pinler,kavranıp delikli küçük veya büyük bir tabana yerleştirilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
- Mıknatıs, hastanın temel görevlerde ciddi zorluklar yaşadığı durumlarda bile yarım ay şeklindeki disklerin eşleştirilmesine yardımcı olmalıdır
- Boyutlar: 39,5 x17,5 x 10,5 cm; Ağırlık: 1,4 kg

7.Spheres set(1 adet)

- Plastik malzemedan yapılmış 8 küreden oluşan bir seri; dört küre 20 mm çapında, diğer dört küre ise 40 mm çapındadır ve delikli küçük veya büyük bir tabana tutulup yerleştirilebilir olmalıdır.
- Farklı küre boyutları, farklı son kullanıcılar, yani çocuklar ve yetişkinler için tasarlanmış olmalıdır.
- Küre boyutları:Küçük Ø 2 cm; Ağırlık: 0,2 kg Büyük Ø 4 cm; Ağırlık 0,7 kg

8.Floxe Extension (1 adet)

- Hastalar önkolunu yerinde tutan bir desteği içermelidir.
- Parmaklar, parmakların üzerine yüzük gibi takılan tespitlerle lastiklere bağlanmalıdır.
- Kayar ayarlanabilir sistem, falankslar ve lastikler arasında optimum 90° açığı korumayı mümkün kılmalıdır.

9.Prone Supination (1 adet)

- Modül, hastayı önkollarıyla pronasyon-supinasyon hareketlerini yapmasını kolaylaştırmak ve yönlendirmek için kullanılmalıdır.
- Ekipmanın altındaki iki düğme, cihazı hastayı doğru şekilde konumlandırmak için kullanılmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Hakan KİŞPİNAR
Sorumlu Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
YILKIRI ERGİLİ
Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr.Nermin ATCI
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr.
Dip. Tes. No: 1234567890

10.COLDPACK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pedler, fizik tedavi kliniklerinde soğuk uygulama amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
- Pedlerin içinde soğuğu veya sıcaklığı uzun süre koruyabilecek sağlığa zararlı olmayan jel bulunmalıdır.
- Pedler, derin dondurucu içerisinde tutulduğunda soğuk uygulama amacıyla, ihtiyaç halinde, sıcak su içine atılarak ya da mikrodalga fırın içine konularak sıcak uygulama amacıyla kullanılabilir.
- Pedlerin dış yüzeyi, çabuk deforme olmayan sağlam malzeme ile kaplanmış olmalıdır.
- Pedler, uluslararası kalite ve güvenlik standartlarına göre üretilmiş olmalı, CE belgesi bulunmalıdır.
- Pedler 20x30 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Ürünlerden 100 adet olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Fizik Tedavi ve Reha. Uzm.
Sorumlu Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Fizik Tedavi ve Reha. Uzm.
Sorumlu Fizyoterapist

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Nermin ATCI
Fizik Tedavi ve Reha. Uzm.
Dip. Tes. No: 127570