



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

15.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ HÜSEYİN TANIR ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 18.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/1644 - Hüseyin TANIR

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	HIZLI KARIŞAN(RAPİD) KEMİK MATRİKSİ ANTİBİYOTİKLİ, 5 CC	1	ADET					

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR.

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan birinin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yüklenicisiye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabii olarak Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemli gerektirir.
- 15-Alıma esas teknik şartname rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif stresini içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com temin22f@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

## STİMLAN ENFEKSİYONA KARŞI TEDAVİ EDİCİ ANTİBİYOTİKLİ TOZ GRANÜL KİTİ

### - TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTESİ

- 1- Ürün %100 kalsiyum sülfattan oluşan hem yumuşak dokuda hem de kemikte enfeksiyonu tedavi amaçlı kullanımı onay almış olmalıdır.
- 2- Ürün 5, 10, 20 cc formunda toz kalsiyum-sülfat, 6 cc steril serum, boncuk paleti ve spatuladan oluşan kitlerden oluşmalıdır.
- 3- Ürünlerin toz granül ve antibiyotikle karışımından elde edilen granüller 5cc için 12 cc granül, 10 cc için 25 cc granül ve 20 cc için 50 cc granül elde etme durumu olmalıdır.
- 4- Ürün toz antibiyotik karışımı ile elde edilen macun palet vasıtasıyla 3- 4.8 ve 6mm granül elde etmeye izin vermelidir.
- 5- Ürün FDA ve CE onayı almış ve en az 400 uluslararası yayını mevcut olmalıdır.
- 6- Ürün kullanımıyla kırk gün süre ile içine ilave edilen antibiyotik salınımı yapmalı ve kırkıncı gün sonunda absorbe olma özelliğine sahip olmalıdır.
- 7- Ürün hidrofilik özellik sahibi olmalı hızlı ve kolay karışıma izin vermelidir.
- 8- Ürün farmasötik sınıf reaktiflerle başlayan patentli, yeniden kristalleşme süreci ile tamamen emilebilir, optimal oranda emilebilir ve üçüncül vücut hasarına neden olmayacak özellikte olmalıdır.
- 9- Ürün omurga, alt ve üst ekstremitte kemikleri ile yumuşak dokudaki enfeksiyonların ve diyabetik ayak tedavisinde etkinliğini yayınlarıyla kanıtlanması gerekir.
- 10- Ürün hasta vücudunda mevcut implantlar sebebiyle oluşmuş enfeksiyonlara implantları çıkarmadan tedavi edebilme olanağı sunmalıdır. Bu yönüyle revizyon ve çoklu ameliyat olma durumunu ortadan kaldırmalıdır.
- 11- Ürün gentamisin-vankomisin ve tobramisin antibiyotikleriyle kullanıma dair onayı olmalıdır.
- 12- Ürün bölgesel bir enfeksiyon önleyici olmalı ve sistemik antibiyotik kullanımı ile hasta sağlığını olumlu yönde desteklemelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Dr. Ali Hüseyin ÖZALP  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 130900

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Dr. Öğr. Uysal Mustafa DAGLI  
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 122779

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Prof. Dr. Mehmet Ali ERVİLMAZ  
Genel Cerrahi Öğretim Üyesi  
Kronik Yara Bakım Ünitesi Sorumlusu  
Dip. Tes. No: 855-56996