



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

06.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, biyopsi iğnesi alımı ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 07.05.2026 Tarihi saat 16:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/2722

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ NO:8 10 CM	300	ADET		OR2310	74,11 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-İTÜBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu duruma tekliflerinde belgelendirilmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklif eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan tayin ettiği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yüklenicisi ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif stresini içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

1. Ürün hızlı ve pratik bir şekilde örnek almaya imkân veren capture canül ile kemik ve kemik iliği biyopsisi yapmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürünün 8G-9G-11G-13G çeşitleri olmalıdır.
3. Ürünün 10-15 cm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır.
4. Ürünün set içerisinde; capture canula, örnek çıkarma probu, adaptör ve luer cap bulunmalıdır. Yakalama aparatı biyopsi iğnesinin boyu; biyopsi materyaline zarar vermemek, kemik doku yaralanmasını önlemek, kanamalara neden olmamak amacı ile eş uzunlukta olmalıdır. (İşlem sırasında, yakalama aparatı takıldığında biyopsi iğnesinin ucundan daha ileri gitmemelidir.)
5. Ürünün iğne kanülü ucu J formunda ve uca doğru incelen (taperded yapıda veya açılı kesilmiş trokar uç yapısına sahip olmalıdır.
6. Ürünün iğne uç yapısı kolay hızlı penetrasyon sağlayacak şekilde trokar şeklinde olmalıdır.
7. İğne tutamağı güvenli bir işlem için kilitlenebilir, sağ veya sola çevrilerek kolaylıkla çıkarılıp takılabilir, kolay kullanılabilir ve ergonomik olmalıdır.
8. İğnenin arka ucu luer lock konektörü olmalıdır.
9. İğne kanülünde boyu ayarlayan aparatı olmalıdır.
10. İğne üzerinde, komplikasyonlardan (batın içi yaralanma önlenemeyen kanamalar gibi hayatı tehdit eden durumlardan) kaçınmak amacı ile derinlik çizgileri olmalıdır.
11. Ürünler steril tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Deneme amaçlı 2(iki) adet biyopsi iğnesi gönderilmelidir.
14. Alım sonrasında kırılmış, eğilmiş veya hatalı setler firma tarafından değiştirilmelidir.
15. Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün; ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

KONYA SEYİR HASTANESİ
Prof. Dr. Mustafa YILMAZ
Solluğu

9

KONYA SEYİR HASTANESİ
Prof. Dr. Abdulkadir DAŞTÜRK
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dip. No: 116049