



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

08.05.2026

İlgili Firmaya,

Satın almaya esas olmak üzere, SPANÇ ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 13.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/371

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	SPANÇ RADYOPAKSIZ 7,5(+2) CM X 7,5(±2) CM STERİL (8,12,16 KAT)	800000	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal hizmet yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TTTU-BB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumda tekliflerinde belgelendirilmesi zorunludur. Ürün (bar kod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve model teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıkartısı eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen mal-emelleri ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif etmez ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle inde edilmez, geri çekilemez.
- 10-İrimalar: Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edebilecekleri mal/hizmet yapım ile ilgili sunum, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergü, resm, harç, tapına, nakliye sigorta vs. yüklenişine ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Altın işletmeleri, tabii olan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifimizin değerlendirilmesi için önemli gerekmektedir.
- 15-Ülme esas teknik şartname rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddia edilmiş halde, iddaremize bu duruma ilişkin teklif sitresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh.temin@maiil.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

NON WOVEN SPANÇ KOMPRES (5-Lİ STERİL PAKETTE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünlerin gaz hidrofilden imal edilmiş ya da yüksek emiş kapasitesi bulunan dokumasız, viskon içerikli spunles kumaştan imal edilmiş ve radyopaksız olmalı.
2. Ağırlığının en az 10 katı sıvı emiş kapasitesi olmalıdır.
3. Temas ettiği sıvıyı kısa sürede emebilir özellikte olmalıdır.
4. Kenarlarından, serbest lifler vermemelidir.
5. Son katlanmış hali 7,5cm x 7,5cm olmalı en az 8 kat olmalıdır.
6. 5 adet spanç, sterilizasyon zarfında steril olarak sunulmalıdır.
7. Steril zarflarda en az 1,5 cm açma payı olmalıdır.
8. Ürünler EO ile steril edilmiş olmalıdır.
9. Ürünler beyaz, temiz, kokusuz olmalıdır.
10. Üreticinin, dokumasız kumaş için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) olmalıdır.
11. Ürünün Biyouyumluluk raporları olmalıdır. (Cilt İritasyonu, Sitotoksisite, Sensitizasyon, Hemolitik Etki)
12. Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olduğu için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmak zorundadır.
13. Ürünlerin üretimi Tıbbi Cihaz Direktifine uygun Class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulları sağlayan belgeler ibraz edilmelidir. Ürüne ait Class IIA Ce belgesi olmalı.
14. Ürün ambalajı üzerinde Lot ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
15. Ürünün teslim tarihinde en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
16. Malzemenin üreticisine ait TSE 13485 kalite yönetim sertifikası olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Öğuzhan ÖZDADAŞER
Tayinli Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKNİK
Tayinli Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
ABDÜLKEMAL ÖZÜ
Tayinli Kayıt Yetkilisi