



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

11.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, ENDOVASKÜLER DAMAR ALMA SİSTEMİ(KVC SARF MALZEME)D.T ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktar yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 14.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/3008

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ENDOSKOPIK DAMAR ALMA (EVH) SİSTEMİ	5	ADET		OR3270	9.583,49 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TTTUBİB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (bar kod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alın işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aklı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alınma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh.temim@gmail.com
NOT: ŞARTNAMESİLER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ENDOSKOPIK DAMAR ÇIKARMA SETİ

1. Sistem, hem radial arterin hem de safen damarının çıkartılmasında kullanılabilir.
2. Set Damar Çıkarıcı, Disektör ve Trokar olarak 3 parçadan oluşmalıdır.
3. Damar Çıkarıcı tek elle yönetilebilir olmalıdır.
4. Damar Çıkarıcı üzerinde bulunan 2 ayrı buton sayesinde hem safeni yakalayan uc hem de kesici yönetilebilir olmalıdır.
5. Damar çıkarıcının ucu kilitli bir sisteme sahip olmalı ve safeni içerisine hapsederek safenin manüplasyonunu kolaylaştırmalıdır. Safeni içine alan hazne buton sayesinde ileri geri hareket ettirilebilir olmalıdır.
6. Damar çıkarıcının üzerinde yer alan kesici, bipolar koterle uyumlu olmalıdır, kesici safenin yan dallarını içine alarak kesmeye uygun hale getiren V şeklinde bir tasarıma sahip olmalıdır. Kesici, Damar çıkarıcının içinde entegre olmalıdır. Kesicinin arka kısmında kanamaları durdurabilecek bir koter özelliği olmalı ve bu özellik Damar çıkarıcının üzerinde yer alan ayrı bir tuş ile kullanılmalıdır.
7. Damar çıkarıcının uc kısmında endoskopu temizlemek için bir silecek bulunmalı ve bu silecek basit bir butonla aleti bacadan dışarıya çıkarmaya gerek kalmadan kullanıcak şekilde olmalıdır.
8. Disektör teflon bir gövdeye ve şeffaf uc kısmına sahip olmalıdır.
9. Disektör endoskopu içine almalı ve ışık kaynağına kilitlenen bir tutucusu olmalıdır.
10. Damar çıkarıcının ve disektörün uc kısmında tünel oluşturmak için CO2 çıkışı olmalıdır.
11. Sistemde CO2 akışı sürekli olmalıdır, CO2 trokar tarafınan tünelin içinde hapsedilmemelidir.
12. Damar çıkarıcı ve disektör 5.5mm endoskop ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır.
13. Trokar kullanımı isteğe bağlı olmalıdır.
14. Setin tüm parçaları steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
15. Sistem kendisiyle uyumlu endoskop ile çalışmalıdır. Endoskopik damar çıkarma sistemlerinin kullanıldığı süre boyunca bir adet sisteme uyumlu endoskop firma tarafından hastaneye bırakılmalıdır.

KONYA SEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Kadir DURGUT
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 54819

KONYA SEHİR HASTANESİ
Dr. İlyas Selim YILMAZ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 139777/110514

KONYA SEHİR HASTANESİ
Dr. Öğr. Uys. Mustafa DAĞLI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 132779

KONYA SEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Bülent ŞİMŞEK
Başhekim Yardımcısı