



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

11.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, SİNİR SİTİMÜLASYON PROBU ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 13.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/2693

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	SİNİR SİTİMÜLASYON PROBU TİROİD İÇİN SAKSAFON ELEKTROD	1	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelenmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

# TEK KULLANIMLIK SAXOPHONE ELEKTROD

1. Ürünün vagus sinirinin sürekli stimülasyonu için cerrahi girişimler sırasında intraoperatif nörolojik izlemede kullanılacaktır.
2. Saksafon elektrodu entegre elektrot yüzeyli bir silikon taşıyıcı, 175 cm kablo ve iki 1,5 mm DIN 42802-1 uyumlu konektörden oluşmalıdır.
3. Elektrot, AVALANCHE® nöromonitörüyle kombinasyon halinde kullanılmalıdır ve talep edilmesi halinde vaka için cihaz desteği sağlanmalıdır.
4. Saksafon elektrodu VANESSA headbox ve nöromonitöre bir adaptörle bağlanmalıdır.
5. Troid ameliyatları sırasında konvansiyonel sinir monitörizasyonun yeterli olmadığı durumlarda, Cerrahi yakın sinir hasarı tehlikesine karşı uyarmalıdır.
6. Sürekli vagus stimülasyonu tekniği ile Traksiyon, Basınç, veya ısı ile sinire hasar potansiyeline cerrahi uyaran ve telafi edilemez hasar tehlikesine zamanında dikkat çekip erken uyarı vermelidir.
7. Vagus elektrodu ile sürekli olarak Recurren Larengeal sinirin, sinirsel iletimini izlemelidir.
8. Vagus siniri ortaya çıkarıldıktan sonra boyunda karotid kılıfında iki büyük damar (V. jugularis interna, A. carotis communis) arasında vagus siniri etrafına yerleştirilebilmelidir.
9. Elektrod, hızlı ve doğru bir şekilde karotid kılıfı içinde vagus siniri içine yerleştirilmelidir. Bu sayede ameliyat sırasında cerrahi uyarılmak üzere latens ve amplitude oynamaları gibi sinyal değişiklikleri derhal alınmalıdır.
10. Kompleks müdahalelerde önemli olan sinyal değişikliklerini alarak nöral fonksiyon bozukluklarını hızla belirlemelidir.
11. Ürün esnek olmalıdır, Bu sayede hızlı ve kolay yerleştirilmelidir.
12. Ürün tek kullanımlık, stereril, CE belgesine sahip, Sağlık bakanlığına kayıtlı olmalıdır.
13. Stimülasyon probu ve Sürekli vagus stimülasyonu aynı anda kullanılabilinmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doc. Dr. Sabri ÖZDEN  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 132576

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Op. Dr. Ali DEMİR  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 122380

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Op. Dr. Mehmet ŞİMŞEK  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 122380

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Op. Dr. Cemal HANCI  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 122380