



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

13.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, BAYONET TİP BİPOLAR(BEYİN CERRAHİ SARF MALZEME)D.T ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 18.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/2774

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	BİPOLAR KOTER UCU FORSEPS ŞEKLİNDE BAYONET TİP	10	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aşı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

## BİPOLAR KOTER BAYONET

1. Forseps elektrokoterin bipolar çalışma modunda kullanılabilme amacı ile tasarlanmış olmalıdır.
2. Ürünün tekrar steril (çok kullanımlık) edilerek kullanılabilen çeşitlerinden olmalıdır.
3. Ürün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak altın, gümüş, titanyum vb. uç kaplama çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.
4. Ürün 28 cm ( $\pm$ )3 ölçüsünde olmalıdır.
5. Ürünün kullanım yeri veya amacına bağlı olarak uç kısmı 0,3 mm ile 2.0 mm kadar farklı uç seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
6. Ürün bayonet tip olmalıdır.
7. Forseps ile bipolar elektro cerrahi işlemi gerçekleştirirken çevre dokulara zarar gelmemesi için forseps yalıtkan izolasyon malzemesi ile kaplı olmalıdır.
8. Forseps üzerinde entegre kablo olmalı ve/veya arka kısmından giriş soketi bulunmalıdır.
9. Forsepslerin korozyon direnci yüksek, ışık altında daha az parlayacak şekilde anodize edilmiş, yıpranmayacak ve izolasyon maddesi soyulmayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
10. Ürün kullanım süresi boyunca yapışmaz özelliğini kaybetmemelidir.
11. Forseps ile üst üste bipolar elektro cerrahi işlemi gerçekleştirirken çene uçlarında kömürleşme (kararma) olmamalıdır.
12. Ürün değişken doku kalınlıklarında tutarlı basınç sağlamalıdır.
13. Ürün elden kaymaması için tutuş yüzeyi tırtıklı olmalıdır.
14. Her bir forseps tekli ambalajlarda, çene uçları ve soket girişi zarar görmemesi için koruyucu köpük tampon ambalajı içinde olmalıdır.
15. Forseps birim ambalajı üzerinde üretim tarihi, marka, model, referans no, katalog no olmalıdır.
16. Tedarikçi ürünün steril edilebilirliğini belgelendirmelidir.
17. Her forseps için bir (1) adet kablo verilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Mustafa DALEVİ  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. Tes. No: 34610

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Mustafa DALEVİ  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. Tes. No: 34610

Op.Dr. Muhammed Erkan YÜKSEK  
Konya Şehir Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Dip. Tes. No: 218112 / 176211