



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

15.05.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, KALP DAMAR CERRAHİ SERVİSİ BEKİR SAĞLAM ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 18.05.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/1643 - Bekir SAĞLAM

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	CO2 Enjektörü için Tek Kullanımlık Adaptör	1	ADET					

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabii olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com


NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

GİRİŞİMSEL VE DIAGNOSTİK ANJİYO İÇİN CO2 (KARBONDİOKSİT) ENJEKTÖRÜ ADAPTÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLER


- 1- Otomatik Karbondioksit Enjektörü diafram seviyesi altında yapılacak Aortik, Periferik ve Tüm Venöz işlemlerde damar içi karbondioksit enjeksiyonu ile DSA görüntüsü alınmasını sağlamalıdır .
- 2- Enjektör tam otomatik olup , verilecek karbondioksin miktarı ve basıncı hekimin isteğine göre ayrı ayrı ayarlanabilmelidir .
- 3- Miktar veya basınç ayarı enjektör üzerindeki manuel düğmeler veya dijital ekran vasıtasıyla ayrı ayrı ayarlanabilmelidir.
- 4- Otomatik enjektör"Flush" modu vasıtasıyla diagnostik kateter içinde kalan maiyi karbondiyoksit ile değiştirebilmelidir.
- 5- Karbondioksit tüpü cihazın içinde ve sisteme entegre olmalıdır.
- 6- Kullanım kolaylığı için cihaza bağlı kablolu enjeksiyon butonu olmalı, ayrıca radyasyon güvenliği için uzaktan kumanda ile de enjeksiyon yapılabilirdir.
- 7- Kullanıcılar sistem hafızasına basınç/miktar kayıtları yapabilmeli , bunlara isim verebilmeli ve vaka esnasında dijital ekran üzerinde seçip kullanabilmelidir.
- 8- Uluslararası dergilerde yayınlanmış literatür bulunmalıdır.
- 9- Adaptör yukarıda sayılan özelliklere haiz bir cihazla uyumlu olmalıdır.
- 10- Adaptör cihaza bağlandığında ve cihazdan ayrıldığında cihaz sinyal vermelidir.
- 11- Adaptör kullanım kolaylığı için yeterince uzun olmalı ve cihaz kontaminasyonunu engellemek için distalinde tek yönlü valf bulunmalıdır.
- 12- Hasta kontaminasyonunu önlemek için adaptör üzerinde mikrofiltre bulunmalıdır.
- 13- İhale uhtesinde kalan firma Türkiye de tek distribütör 'lük belgesine sahip olmalıdır.
- 14- İhale uhtesinde kalan firma her vaka da personel desteği sağlamalıdır.
- 15- CE belgesi bulunmalıdır.



KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Ö. Br. Uys. Mustafa DAĞLI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 1322779



KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Ö. Br. Uys. Mustafa DAĞLI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 1322779



KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. Ö. Br. Uys. Mustafa DAĞLI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. No: 1322779