



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

08.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, nç İtmenli sfinkterotom ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 10.06.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/3436

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	SFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ	300	ADET		GS2290	1.200,62 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-Hiçbir ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbestim.
- 4-TUTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve işlemlerin bu durumda tekliflerimde belgelendirilmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verimim olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilmez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üninin istediği doğrultusunda boyan edecektir.
- 11-Altınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütçe vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabii olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemli gerekmektedir.
- 15-Altınacak mal/hizmet/yapım rekabet koşullarını engelleyici bir busus olduğu iddiası olması halinde, İdarimize bu durumda ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMESİ HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

ÜÇ LÜMENLİ SFINKTEROTOM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. E.R.C.P. işlemleri sırasında papillanın kesilebilmesi ve safra yollarının on iki parmak bağırsagına açıldığı deliği genişletebilmek amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sfinkterotom, gereken bölgede kesi yapabilmesi için yönlendirilebilir olmalıdır.
3. Sfinkterotom, 3 lümenli olmalıdır.
4. Sfinkterotom lümenler tamamen (baştan sona) birbirinden bağımsız olmalıdır.
5. Lümenler üzerinde enjeksiyon girişi, kılavuz tel girişi ayrı ayrı belirtilmiş olmalıdır.
6. Sfinkterotom 0.035" kılavuz tel ile uyumlu olarak kullanılabilir olmalıdır.
7. Sfinkterotom, distalde 1.8 mm.,proksimalde 2.2 mm çapa sahip olmalıdır.
8. 2.8 mm. ve daha büyük çapa sahip skopi cihazları ile kullanılabilir olmalıdır.
9. Sfinkterotomun kesme teli hekim tercihinine göre 30mm olmalıdır.
- 10.Sfinkterotom, sabitlenmiş handle(tutamaç) ile ambalajlanmış olmalıdır.
- 11.Handle (tutamaç) ergonomik dizayn edilmiş olmalıdır.
12. Handle yönlendirilebilir özellikte olmalıdır. Handle kısmından cevrildiğinde kateterin ucu Handle in cevrildiği yönde dönebilmelidir.
- 13.Tek kullanımlık olmalıdır.
- 14.Sfinkterotom steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 15.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon şekli belirtilmiş olmalıdır. Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
16. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 17.Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB barkod numarasına sahip olmalıdır.
- 18.Numune değerlendirildikten sonra kullanıma uygunluk verilecektir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Selma ALINTAŞ
Endüstriyel Ünt.Sorumlusu
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mustafa ŞEKER
Genel Cerrahi Uzmanı
Diy. Res. No: 132653

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm.Dr. Mustafa BOZ
İç Hast. ve Cerrahi Uzmanı
Dip. Tıp No: 133884

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Tıbbi Cihaz Ünt.Sorumlusu