



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

09.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, DOKU YAPIŞTIRICI(KVC SARF MALZEME)D.T ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 12.06.2026 Tarihi saat 16:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/3714

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	CERRAHI DOKU YAPIŞTIRICISI ALBUMİN VE GLUTERALDEHİT İÇEREN 5 ML VE ÜZERİ	10	ADET		OR4155	847,00 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif veremeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh temin@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SMT1236 DOKU YAPIŞTIRICI, ALBUMİN VE GLUTERALDEHİT İÇEREN

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, kısa ve küçük segment vasküler pake, kanama, embolizasyon tedavisi ve cerrahi ağın dokuya tutturulması işlemlerine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün 5ml ve altı (5ml dahil), 5ml üzeri seçenekleri bulunmalıdır. 3. Ürünün içerisinde sığır albümin ve gluderaldehit yer almalıdır. 4. Ürün, FDA ve CE belgesine sahip olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün infredredkatater veya şırınga uçları ile sızıntı engelleme, damar kapatma, yumuşak dokunun yapıştırılması veya güçlendirilmesi için standart cerrahi işlemlerine ilave olarak kullanıma uygun olmalıdır. 6. Ürün, embolizan işlem sonrasında elastik kalmalıdır ve karbonizasyona yol açmamalıdır. 7. Ürün steril poşette olmalı, ayrıca poşet içerisinde ürünün kesiye uygulanmasında kullanılacak steril aplikatör de bulunmalıdır. 8. Ürünün dura uygulamalarında kullanılması için 12mm veya 16mm lik yayıcı uç seçeneği, laparoskopik işlemlerde kullanılması için 27cm ve 35cm uzatıcı uç aplikatör seçenekleri de bulunmalıdır. 9. Ürün içerisinde kesinlikle formaldehit ve benzeri kimyasallar bulunmamalıdır. 10. Ürün püskürtülme ile kullanılmaya uygun olmamalıdır, aplikatör uçlar ile dokuya direk uygulanabilmelidir. 11. Ürün en fazla 11 saniye gibi kısa bir sürede polimerize olmalı, 2 dakika sonunda en üst dayanım noktasına ulaşabilmelidir. 12. Ürün toksik olmamalı, biyo-uyumlu olmalı, vücut tarafından absorbe edilebilmelidir. Bu özellikleri klinik çalışmalar ile desteklenmelidir. 13. Ürün, damar ya da doku duvarında oluşabilecek en az 350mmHg basınca dayanıklı olabilmelidir. 14. Ürün oda koşullarında saklanabilmeli, buzdolabı ya da dondurucu gibi özel saklama koşulu gerektirmemelidir.
Genel Hükümler:	15. Ürün sterilliği bozulmadan kolay açılmalıdır. 16. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 17. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBBveLOT bilgisi bulunmalıdır

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Prof. Dr. Kadir DURGUT
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54859

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. İlyas Belin YILMAZ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 138777/110514

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Hüseyin DURMAZ
Kalp ve Damar Cerrahisi AD.
Dip. Tes. No: 143697-Sic. No: Dr.172495