



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

05.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, GÖZ PEDİ ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 09.06.2026 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/469

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	GÖZ PEDİ STERİL	15000	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TTU/UBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinizde belgelendiği zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır (T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif veremeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergü, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yüklenicisi ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri tabii olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel
Mail: ksh.temim@gmail.com
NOT ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMLERDEN TEMİN EDİLEBİLİR

SMT3753 GÖZ PEDI

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün göz yaralanmalarında dış etkenlerin etkilerinden korumak için, ameliyat sonrası göz bakımında ve/veya anestezi işlemi sırasında gözü korumak amacı ile medikal malzemedен imal edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak tek gözde kullanılan tekli ve/veya her iki gözde aynı anda kullanıma uygun ikili çeşitlerinden ve/veya siperli tekli-siperli ikili tiplerinden herhangi biri olmalıdır. 3. Ürün hasta tipine göre pediatrik ve/veya yetişkin hastalarda kullanıma uygun farklı ürün tipleri olmalıdır. 4. Ürünün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak steril veya nonsteril tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<u>GÖZ PEDI TEKLİ VE İKİLİ</u> 5. Işık geçirmeyen tampon ile göz için gerekli karanlığı sağlamalıdır. 6. Göz bölgesini tamamen kapatacak oval şekilde tasarlanmış olmalıdır. 7. Alerji yapmayan, kolay yapışır ve kolay çıkarılır yapıda olmalıdır. 8. Gözenekli yapıda olmalı bu sayede cildin hava almasını sağlamalıdır. 9. Gözde oluşabilecek her türlü hasar sonrasında ve/veya anestezi altında gözü kapatmak ve korumak için kullanıma uygun olmalıdır. 10. Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün operasyon esnasında kolay görülebilecek şekilde imal edilmiş olmalı ve 2'li pakette her göz için bir bant bulunmalıdır. 11. Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün şeffaf yapıda olup operasyon esnasında gözün açık kalması halinde görülmesini sağlamalıdır. 12. Her iki gözde aynı anda kullanılan tiplerde ürün göz ve çevresini kaplayacak uzunlukta olmalıdır. Ürün en az 33*53 mm olmalıdır. <u>GÖZ PEDI SİPERLİ</u> 13. Ürün herhangi bir travma setine sığacak kadar küçük ve steril ambalajlarda vakumlu tek kullanımlık olarak sunulmalıdır. 14. Siperli göz pedi tiplerinde ambalajın içinde 6.5cm çapında dışa bombeli ve hava delikleri olan 1 adet alüminyum göz siperi olmalı ve sipere bitişik geniş bir yüzeyi kapsayacak şekilde 15*15cm'lik 1 adet hidrojel disk ve 10*10cm ebadında 2 adet gazlı bez bulunmalıdır. 15. Siperli tiplerinde hidrojel disk, doğal kauçuk veya lateks içermemelidir.

SMT3753 GÖZ PEDİ

**Genel
Hükümler:**

16. Ürün UTS kaydı olmalıdır.
17. Ürün tekli ambalajda sunulmalıdır.

ONVA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. OKAN AĞCA
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 56735 / 90092

ONVA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. ÖZCEL ACIR
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 56735 / 90092

ONVA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. OKAN AĞCA
Göz Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 56735 / 90092