



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

05.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, aktif işi nem ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 09.06.2026 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/467

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	İNHALASYON TEDAVİ SETİ İSİ VE NEM VEREN	60	ADET		AN1300	377,97 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1- Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2- Şartnamenin tamamını okuduktan ve şartnameye uygun "mal hizmet/yapım" vereceğini taahhüt ederim.
- 3- İşare etmiş hizmetler ayrı ayrı belirtilmiş ve her bir hizmet için ayrı ayrı fiyatlar verilmelidir.
- 4- TTT (B) da sağlık hizmetleri tarafından oluşturulan ve anılanlar bu durumda tekliflerde belirtilmemişse zorunludur. Ürün (hizmet) numarası, ST.T kodları, etiket, marka ve model teklif mektuplarında yazılmalıdır. (T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal İlaç Bankası için teklif edilecektir.)
- 5- Fiyatın malzeme alan teslimatına göre değerlendirilmelidir. İşletim malzemeleri için teklif verirken kabul eder.
- 6- Fiyat MEDULA sistemine teslimatında her türlü işleri teklif etmemiştir kabul eder.
- 7- Fiyat MEDULA sistemine teslimatında her türlü işleri teklif etmemiştir.
- 8- Fiyat MEDULA sistemine işin malzeme alan teslimatına göre değerlendirilmelidir. İşletim malzemeleri için teklif verirken kabul eder.
- 9- Teklif verilen işin şartları tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girmiş işlerdir. Teklifler hiçbir şekilde iptal edilmez, geri çekilmez.
- 10- Fiyatlar, Hastahane/ Şahımlı Doğrudan Temin Birimine teklif edilecekler mal hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan birimden talep doğrultusunda beyan edilecektir.
- 11- Alınacak mal hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç brüt vergi, resim, harç, sigorta, nakliye raporu ve yükümlülükleri olacaktır.
- 12- Alınacak mal hizmet/yapım ile ilgili teslimat kabul edilmeyecektir.
- 13- Alan işletmeler, işin niteliği Sağlık Bakanlığı Ademe personelleri ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14- Mal ve Fiyat yazılı gonderilen tekliflerin malı yazılı gonderilmiştir. Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi için fiyatların değerlendirilmesi için inceleme gerçekleştirilecektir.
- 15- Alınan mal teklif şartnamesinde belirtilen özelliklere uygunluğu her husus itibarıyla sağlanırsa halinde, ilerleyen bu durumda ilgili teklif adresi üzerinden yazılı olarak istenebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh_smm@gnm.gov.tr
NOT: ŞARTNAMESİNİN HASTANE WEB SİTESİNDEKİ TEMİN EDİLEBİLİR

AKTİF ISI VE NEM VEREN TEDAVİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set; entübe, trakeostomili veya hipotermik hastaların havayollarında fizyolojik koşullara (37°C ve 44 mg/L nem) en yakın ısı ve nemi sağlamak amacıyla tasarlanmış aktif bir sisteme sahip olmalıdır
2. Set; ventilatör devresi ile entübasyon tüpü arasına, hastaya en yakın noktada bağlanarak ölü boşluğu minimize edecek yapıda olmalıdır.
3. Set; tüm standart ventilatör devreleri ve konik bağlantı parçalarıyla tam uyumlu olmalı ve sızdırmazlık sağlamalıdır.
4. Set içerisinde yüksek verimli bir Bakteri/Virüs filtresi bulunmalıdır.
5. Filtrenin Bakteriyel ve Viral süzme kapasitesi en az 99% olmalıdır.
6. Filtre içerisinde bulunan özel hidrofobik membran; sıvı haldeki suyun, bakterilerin ve virüslerin geçişini engellemeli; sadece suyun moleküler düzeyde buharlaşarak gaz fazında geçişine izin vermelidir. Bu membran sayesinde, devre içerisinde sıvı birikimi (rain-out) oluşmadan hastaya iletilen gazın mutlak ve bağıl nem oranları fizyolojik düzeylere taşınmalıdır
7. Set içerisinde, işlem sırasında devreyi açmadan aspirasyon ve bronkoskopi yapılmasına olanak sağlayan, çift portlu veya döner konnektörlü, bükülmez (kink-resistant) şeffaf Kateter Mount bulunmalıdır.
8. Kateter mount uzunluğu 15 ± 3 cm olmalıdır.
9. Set içerisinde, devre bütünlüğünü bozmadan ve hastayı ventilatörden ayırmadan ilaç uygulamasına izin veren valfli inhalasyon/nebulizasyon bağlantı adaptörü bulunmalıdır.
10. Set içinde veya beraberinde serum seti takılabilecek özellikte 1 adet, en az 100 ml steril distile su verilecektir.
11. Set steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.

KONYA SEHİR HASTANESİ
UZ. DR. HASAN SENAY
Yoğun Bakım Uzmanı
Diy. Tes. No: 151749

KONYA SEHİR HASTANESİ
UZ. DR. HASAN SENAY
Yoğun Bakım Uzmanı
Diy. Tes. No: 151749

KONYA SEHİR HASTANESİ
Ahmet İsmail TOKAT
Sorumlu Hemşire

12. Teklif edilen ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı bulunmalıdır.
13. Filtre gövdesi üzerinde, aktif ısıtıcı probun yerleşeceği özel bir giriş portu ve saatte ortalama 3-5 ml sıvı akışını stabilize eden serum hattı girişi bulunmalıdır.
14. Her 50 set için aşağıda özelliklerde bir adet reusable ısıtıcı adaptör kullanım amaçlı hastaneye verilecektir.
 - 14.1. Adaptör, ısı ayarını harici bir müdahaleye gerek duymaksızın otomatik olarak optimize etmelidir.
 - 14.2. Adaptör üzerinde sistemin durumunu gösteren en az 3 farklı renkte LED gösterge bulunmalıdır.
 - 14.2.1. Yeşil: Cihaz uygun çalışma sıcaklığında.
 - 14.2.2. Sarı: Cihaz ısınıyor/hazırlanıyor.
 - 14.2.3. Kırmızı: Uyarı/Hata durumu.

KONYA SEHİR HASTANESİ
Uz. Dr. Hasan SENAY
Yodun Bakım Uzmanı
Tesis No: 15/749

KONYA SEHİR HASTANESİ
Uz. Dr. Hasan SENAY
Yodun Bakım Uzmanı
Tesis No: 15/749

KONYA SEHİR HASTANESİ
Ahmet TOKAT
Sorumlu Hemşire

