



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

05.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, Malzeme Alımı ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 10.06.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/41

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	TEKERLEKLİ SANDALYE FREN TUTAMAĞI	50	ADET			
2	TEKERLEKLİ SANDALYE KEMERİ	100	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal hizmet yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBİH da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. (Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermesi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resm, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yüklemeye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabii olarak Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mal ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı 13 günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teklif şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif stresini içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh.temim@gmail.com
NOT: ŞARTNAMESİNİN HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

TEKERLEKLİ SANDALYE EMNİYET KEMERİ VE PLASTİK FREN APARATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. GENEL HÜKÜMLER

- 2.1. Teklif edilen ürünler sıfır, kullanılmamış, orijinal ve üretici standartlarında olacaktır.
- 2.2. Ürünler hastanemiz envanterinde bulunan Rausman marka tekerlekli sandalyeler ile tam uyumlu olacaktır.
- 2.3. Uyumluluk sorumluluğu tamamen yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 2.4. Hastanemiz gerekli gördüğü takdirde teknik inceleme amacıyla ilave bilgi ve belge talep edebilecektir.
- 2.5. İdare, teklif edilen ürünleri numune üzerinden değerlendirecek olup numune değerlendirmesi sonucunda uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılabilecektir.

2. TEKERLEKLİ SANDALYE EMNİYET KEMERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 3.1. Emniyet kemeri Rausman marka tekerlekli sandalyeler ile tam uyumlu olacaktır.
- 3.2. Kemer yüksek mukavemetli dokuma kolondan imal edilmiş olacaktır.
- 3.3. Kemer üzerinde bulunan plastik kilit aparatları eksiksiz ve montaja hazır halde olacaktır.
- 3.4. Kemer uçlarında bulunan bağlantı halatları/bağlantı elemanları dikişli ve sağlam şekilde sabitlenmiş olacaktır.
- 3.5. Dikişler sökülme, yırtılmaya ve deformasyona karşı dayanıklı olacaktır.
- 3.6. Plastik kilit mekanizması kolay açılıp kapanabilir yapıda olacak, kullanım sırasında kendiliğinden açılmayacaktır.
- 3.7. Ürün hasta güvenliğini tehlikeye düşürecek keskin kenar, çapak veya kusur içermeyecektir.
- 3.8. Kemer malzemesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden olumsuz etkilenmeyecek yapıda olacaktır.
- 3.9. Ürün montaj gerektirmeden veya minimum montaj ile kullanılabilir durumda teslim edilecektir.

3. PLASTİK FREN APARATI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 4.1. Plastik fren aparatı hastanemiz envanterinde bulunan Rausman marka tekerlekli sandalyeler ile tam uyumlu olacaktır.
- 4.2. Ürün orijinal ekipman veya orijinal ekipman ile birebir uyumlu muadil ürün olacaktır.
- 4.3. Plastik fren aparatı dayanıklı, darbelere karşı mukavemetli malzemeden üretilmiş olacaktır.
- 4.4. Aparat üzerinde çatlak, kırık, deformasyon veya üretim hatası bulunmayacaktır.
- 4.5. Montaj sonrası tekerlekli sandalyenin fren sisteminin çalışmasını olumsuz etkilemeyecektir.
- 4.6. Fren koluna tam oturacak ve kullanım sırasında gevşeme yapmayacaktır.
- 4.7. Ürün hasta ve kullanıcı güvenliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir kusur içermeyecektir.

4. ÜTS / TİTUBB VE BELGELENDİRME

- 5.1. Teklif edilen ürünlerin Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydı bulunacaktır.
- 5.2. İstekli firma, ürünlerin ÜTS kayıtlarını ve ilgili barkod bilgilerini teklif kapsamında sunacaktır.
- 5.3. İdare gerekli gördüğü takdirde üretici firma bilgileri, teknik dokümanlar, kataloglar ve uygunluk belgelerini isteyebilecektir.
- 5.4. Sunulan belgeler ile teslim edilen ürünlerin birebir uyumlu olması zorunludur.

5. NUMUNE DEĞERLENDİRMESİ

- 6.1. İdare tarafından talep edilmesi halinde istekliler teklif ettikleri her kalem için birer adet numune verecektir.
- 6.2. Numuneler hastanemiz bünyesinde bulunan Rausman marka tekerlekli sandalyeler üzerinde fiilen denenerek değerlendirilecektir.
- 6.3. Numune değerlendirmesi sonucunda uyumsuzluk, işlev kaybı, montaj sorunu veya kalite yetersizliği tespit edilen ürünler uygun kabul edilmeyecektir.
- 6.4. Numune değerlendirmesi idarenin nihai kararına esas teşkil edecek olup sonuçlara itiraz kabul edilmeyecektir.

6. GARANTİ VE SORUMLULUK

- 7.1. Teslim edilen ürünlerde teslimattan sonra ortaya çıkabilecek üretim hataları ve malzeme kusurlarından yüklenici sorumludur.
- 7.2. Muayene ve kabul sonrasında kullanım esnasında üretim kaynaklı kusur tespit edilmesi halinde yüklenici ilgili ürünü bedelsiz olarak değiştirecektir.
- 7.3. Uyumsuz ürünlerin değiştirilmesi, nakliyesi ve diğer tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

7. MUAYENE VE KABUL

- 8.1. Muayene ve kabul işlemleri hastanemiz tarafından görevlendirilecek komisyon tarafından yapılacaktır.
- 8.2. Teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen ürünler kabul edilmeyecektir.
- 8.3. İdare teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlamayan ürünleri hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkına sahiptir.

8. MİKTAR

İdare ihtiyaç durumuna göre alım miktarını belirleme, artırma veya azaltma hakkını saklı tutar.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Muhammed Onur AVCİ
Biyomedikal Mühendisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Rabia ÖDEMiŞ
Biyomedikal Teknikeri

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
S. BİSELİ
Biyomedikal Klinik
Mühendislik Teknikeri

