



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

05.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, koroner anjiyografi ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktar yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 10.06.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/465

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	PTCA BALON KATETERİ (KR1123)	100	ADET		KR1123	625,32 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve model teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartlarını tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye aittir.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabii olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önem gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif stresini içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMESİ HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

MALZEMENİN
ADI

KORONER ANJİYOGRAFİ BALONU (PTCA BALONU) ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1-Balon lezyon giriş profili maks 0.017 inç olmalıdır. Balonun proksimal şaftı maks 2.4 F, distal şaftı maks 2.6 F çapta olmalıdır.
- 2- 2.0 mm ve üzeri balonlar çift markerlı olmalıdır, daha düşük çaptaki balonlar tek markerlı olabilir.
- 3-Balon geçiş çapının düşük olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) şeklinde kendi üzerine kapanmış olmalı, şişirilip indirildiği zaman bu yapıyı tekrar kazanabilmelidir.
- 4- Sürtünmenin azaltılması için Distal uç ve proximal şaft'ın en az 30cm'lik kısmı hidrofilik kaplı olmalıdır Bu kaplama balonun bütün yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken) damar cidarı ile temas eden yüzeylerde olmalı, şişirildiğinde açığa çıkan balon kısımlarda kaplama olmamalıdır. Bu şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar diseksiyonları oluşumu minimuma indirilmiş olmalıdır.
- 5-Balonlar semikomplian yapıda olmalıdır.
6. Balon şişme (inflation) ve inme (deflation) süreleri minimal olmalıdır. Deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidir.
- 7-Firma;denenmesi için bir, satış gerçekleşirse denenen ve gelen materyeli karşılaştırmak için ayrıca bir adet olmak üzere, toplam iki adet balonlu kateteri ihale öncesi kardiyoloji kliniğine teslim edecektir. Deneme amacı ile kullanılan kateterler kardiyoloji kliniğine hibe edilmiş kabul edilecek, ihalenin kazanılması durumunda ihale öncesi verilen kateterler ihale sayılarından düşülmeyecektir.
- 8-Teklif edilen marka ve model teklifte belirtilecektir.
- 9- Balon kıvrımlı lezyonlarda yüksek düzeyde itilebilirlik (pushabilite) ve (tracabilite) özelliklerine sahip olmalıdır. Tel ile geçilen lezyonlardan geçişi iyi olmalıdır.
- 10- Balon kateterinin bölümleri birbirine sıkı şekilde bağlı olmalı, kopma, ayrılma yapmamalıdır.
- 11- Minimal 6Fguiding kataterden geçebilmelidir.
- 12-İstenen ölçüler daha sonra klinik ihtiyacına göre bildirilecektir.
- 13- Firma teslim etmiş olduğu tüm ürünlerde size değişimi yapacağını taahhüt etmelidir. Ürün temini ve değişimi 10 iş gününü geçmemelidir.
- 14-Teklif veren firmalar orijinal paket içerisinde en az 2 adet numune verecektir. Numuneler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 15- Firma gerektiğinde 1,25 – 1,50 ve 2,00 çapta balonları CTO (Kronik total oklüzyon) balonlarıyla değiştireceğini taahhüt etmelidir. Size değişim taleplerinde vereceği ürün, CTO için özel üretilmiş olmalı ve aynı firmanın üretimi olmalıdır, ihale esnasında katalogu verilmelidir. (Değişim talebi ihale edilen balonların % 10'nu geçmeyecektir.)
- 16- Düşük geçiş profili ve yüksek geri katlanma hafızası için balon 3 yaprak katlama tekniği ile katlanmalıdır.
- 17-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
- 18-Uluslararası kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.
- 19-İhalede istenilen miktar, çap ve uzunlukta balon teslim edildikten sonra oluşabilecek ihtiyaç durumuna göre sarfiyatı az olan balon ebatlarını, sarfiyatı fazla olan ebatlarla değiştirmeyi firma ayrıca yazılı olarak taahhüt etmelidir. Ürün değişim süreleri ve teslimat süreleri 10 iş gününü geçmemelidir.
- 20-Balon geçiş çapının düşük olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) Şeklinde kendi üzerine kapanmış olmalı şişirilip indirildiğinde bu yapıyı tekrar kazanabilmelidir.
- 21- Lezyon geçiş kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır. Bu kaplama balonun bütün yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken) damar cidarı ile temas eden

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Ramazan COŞKUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 121128

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Gündüzalp SAYDAM
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 143572

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Ramazan COŞKUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 121128

	<p>yüzeylerde olmalı, şişirildiğinde açığa çıkan balon kısımlarında kaplama olmamalıdır. Bu şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar diseksiyonu oluşumu minimuma indirilmiş olmalıdır.</p> <p>22- Deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidir.</p> <p>23-Flexible şaft dizaynına sahip olmalı, yüksek itiş, geçiş ve çapraz lezyon itilebilirliği çok yüksek olmalıdır.</p> <p>24-Kateter proximal'i destek verici olmalı, ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.</p> <p>25-Balon kıvrımlı lezyonlarda yüksek düzeyde itilebilirlik ve ilerleyebilme özelliklerine sahip olmalıdır</p> <p>26- Balon kateter sistemi 0.014" kılavuz tellerle kullanıma uygun olmalıdır.</p> <p>27- Kateteruzunluğu en az 145cm olmamalıdır</p> <p>28- 5 F Kılavuz Kateter Uyumluluğu olmalıdır.</p> <p>29- Ortalama patlama basıncı 16atm den düşük olmamalıdır</p> <p>30- Balon en çok 0.016" Giriş Profiline sahip olmalıdır.</p> <p>31- İstenen çap ve uzunluklar daha sonra klinik ihtiyacına göre bildirilecektir.</p> <p>32- istenilen çap ve uzunluktaki balonlar en geç 10 iş gününde teslim edilmelidir.</p>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	Boya marker olmalıdır, lezyon geçişini kolaylaştırmak için cilalanmış olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Teslim tarihinden itibaren 2 yıl miadı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Malzemenin hasar görmesini engelleyen ve sterilizasyon koruyacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1-Ayrıca firma istenen miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.</p> <p>2-Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.ürün değişimi 10 iş gününü geçmemelidir.</p> <p>3- Teklif edilen ürünler üretici firmanın son jenerasyon ürünü olmalıdır.</p> <p>4- Sarfiyata göre daha az kullanılan malzemelerin ebatları bu şartname ile alınan fazla kullanılan malzeme çeşit ve ebatlarıyla idarece talep edilmesi halinde fiyat farkı alınmaksızın değiştirilebilmelidir. Ürün değişimi 10 iş gününü geçmemelidir.</p> <p>5- Orijinal katalog olmalıdır. İstenilen özellikler katalog üzerinden işaretlenmelidir.</p> <p>6- Hastaneye alınmış ancak çeşitli nedenlerle zamanında kullanılmamış malzemelerin sterilizasyon tarihine bakılmaksızın tamamını değiştirmeyi firma taahhüt eder.</p> <p>7- Malzemenin üretimine bağlı gelişen komplikasyonların hasta ve işlemi yapan doktor ile ekibi üzerinde oluşturduğu maddi ve manevi zararını ihaleye giren ilgili firma karşılamakla yükümlüdür. Firma bunu taahhüt eder.</p> <p>8- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede iki kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilmesi yada faks ile bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı malzemede üretim hatası iki kardiyolog tarafından tesbit edilirse firma geri kalan tüm malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Ürün değişimi 10 iş gününü geçmemelidir.</p>

1495
KONYA ÇEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Günaydın SAYDAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 183572

KONYA ÇEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Günaydın SAYDAN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 183572

KONYA ÇEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Ramazan ÇOŞKUN
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 121128