



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

08.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, surfaktan kateteri alımı ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 11.06.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/2985

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	SURFAKTAN UYGULAMA KATETERİ 6F	50	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve model teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıkışı teklif eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri dönmaz.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edebilecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yüklenicije ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartname rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremiz bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SURFAKTAN KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Surfaktan kateteri, akciğerleri tam olarak gelişmemiş bebeklerde respiratuvar distres sendromunun tedavisi olarak surfaktan uygulamak için kullanılan steril ve esnek, tek lümenli bir yapıya sahip olmalıdır.
- 2-Santimetre işaretleri yerleştirilen uzunluğu göstermeli ve kataterin yerinde kaldığı kontrol edilebilmelidir. Manupilasyon kolaylığı açısından uzunluğu 15 cm'yi geçmemelidir.
- 3-Surfaktan katateri şeffaf bükülebilir malzemeden yapılmalıdır.
- 4-Surfaktan kataterindeki şeffaf malzeme yüzeyi aktif madde dağıtımının görsel olarak kontrol edilmesini sağlamalıdır.
- 5-Yarı sert malzeme aynı zamanda yüksek manevra kabiliyeti sağlayarak hava yolu anatomisini takip etmeye yardımcı olur.
- 6-Yerleştirme sırasında manevra kabiliyetini artırmak ve yaygın olarak kullanılan Magill forsepsine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

Fiziksel Özellikleri

- 7-Surfaktan katateri 6 F çapında olmalıdır.
- 8-Surfaktan kataterinin ucu düz veya açılı olarak seçilebilmelidir.
- 9-Katater ince, kaygan ve esnek yapıya sahip olmalıdır.
- 10-Katater, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Diğer Özellikleri ve olası durumlar

- 11-Kataterin ölü boşluğu surfaktan uygulamasına engel olmayacak kadar düşük olmalıdır.
- 12-Surfaktan kataterinin uygulama yüzeyinde en az 5 delik bulunmalı ve bu sayede bebek yüksek basınç, yüksek akış ve tek noktaya uygulama risklerinden korunmalıdır.
- 13-Kataterin uç kısmı aynı malzemeden yapılmalı, uygulama esnasında özellikle yapışık kordlarda katlanma-"king" oluşmasına izin vermemelidir. Ayrıca uç kısmı künt yapısı sayesinde atravmatik olmalı ve trakeaya zarar riskini ortadan kaldırmalıdır.
- 14-Yoğun Bakım Ekibi, Son kullanım tarihi geçmemiş tüm kataterleri ücretsiz değiştirme hakkına sahiptir. Fabrikasyon hatalarına karşı ürünler ücretsiz olarak değiştirilecektir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Fatma Hilal YILMAZ
Pnömonoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 144730

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Fatma Hilal YILMAZ
Pnömonoloji Uzmanı
(Çocuk Hastalıkları ve Enfeksiyonları)
Dip. Tes. No: 132658

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Fatma Hilal YILMAZ
Pnömonoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 134355