



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

19.06.2026

İlgili Firmaya:

Satın alma esas olmak üzere, EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ 1 YILLIK TOPLU MALZEME ALIM İhtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 24.06.2026 Tarihi saat 10:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/1460

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S. N.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	YARA ÖRTÜSÜ YUMUŞAK SİLİKON KÖPÜK 17,5 (±1)CM X 17,5 (±1)CM - 210139048	360	ADET			
2	YARA ÖRTÜSÜ ANTİMİKROBİYAL SİLİKON EKSUDA EMİCİ 15 (±1)CM X 20 (±1)CM - 210114250	360	ADET			
3	EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA YARA BAKIM SETİ	360	ADET			
4	YARA ÖRTÜSÜ YUMUŞAK SİLİKON KÖPÜK 17,5 (±1)CM X 17,5 (±1)CM	50	ADET			
5	TÜBÜLER BANDAJ 20CM (±1)CM X 10(±1)M	50	ADET			
6	EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA YARA BAKIM SETİ	50	ADET			
7	DERMAL TEDAVİ İÇİN TÜBÜLER BANDAJ	50	ADET			
8	BANT DESTEĞİ TÜM BOYLAR	150	ADET			
9	DERMAL TEDAVİ İÇİN GÖVDE GIYSİSİ	12	ADET			
10	DERMAL TEDAVİ İÇİN EKSTREMİTE GIYSİSİ UZUN	12	ADET			
11	DERMAL TEDAVİ İÇİN ÇORAP	12	ADET			
12	DERMAL TEDAVİ İÇİN EL DİVEN PEDIATRİK	12	ADET			

*TUM KALEMLER KENDİ İÇERİSİNDE BÜTÜN OLUP KISMI TEKLİFE KAPALIDIR.

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kasesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (bar kod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıkıştı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif veriliş olmasın şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle işlemez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemizin Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edebilecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yüklenicisyne ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri tabii olarak Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen teklifleri aynı günün içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddianın halinde, İdareme bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA İÇİN YARA ÖRTÜSÜ

TEKNİK ŞARTNAME

- 1- TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU' nun yayınlamış olduğu algoritma ile birlikte kılavuz olarak önerilen klinik çalışmaya (DEBRA-UK) uygun bir şekilde Epidermolizis Bülloza Hastalarında kullanılacak Yumuşak silikon veya lipido kolloid veya hidrofiber yara temas tabakası içermelidir.
- 2- Eksudalı veya az eksudalı yara tipleri için uygun olmalıdır.
- 3- Teknik olarak ağrı ve travma azaltıcı etkiye sahip olmalıdır.
- 4- Sağlıklı kuru cilde hafifçe yapışırken yara yüzeyine kesinlikle yapışmamalıdır. Böylece yara yüzeyinde veya ciltte travma oluşturmamalıdır.
- 5- Vücut hatlarına uyum sağlayabilmeli kolayca kıvrılıp şekil alabilmelidir.
- 6- Yara örtüsü bandaj ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.
- 7- Yara kontrollerinde kaldırılıp yeniden yapıştırılabilmeli bu esnada ürün değişimi gerektirmemelidir.
- 8- Yara ebatlarına göre istenildiği gibi kesilebilmeli ve özelliğini kaybetmemelidir.
- 9- Steril paketlerde olmalıdır.
- 10- Gerektiğinde topikal ilaçlarla birlikte kullanılabilir olmalıdır.
- 11- Ürünün kullanımı ile ilgili gerekli bilgiler konusunda hastalara uygulayacak personele eğitim vermeyi kabul etmelidir.
- 12- Son kullanım tarihi en az iki(2) yıl olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Funda ÇOĞUZ DURMAZ
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Rümeysa MANKOÇ
Aile Hekimliği

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Mustafa KOPTAĞCI

TEKNİK ŞARTNAME

Gümüş Sülfat İçeren Safetac özellikli Örtü

- Örtü, en az 1,2mg/cm² konsantrasyonunda gümüş (Ag₂SO₄) içermelidir.
- Örtü yara enfeksiyonlarında yaygın olarak rastlanan 26 farklı mantar ve bakteri türlerine (gram-pozitif, gram-negatif, antibiyotik dirençli bakteriler) karşı büyümeyi inhibe edici etkiye sahip olmalı ve bu bilimsel yayınlarla kanıtlanabilmelidir.
- Örtü, yüksek emici özellikte poliüretan köpük ped'e sahip olmalı ve yara yatağının nem dengesini bozmadan eksüda emilimi gerçekleştirerek (5.7g/10cm²/24sa) eksüda yönetimi yapabilmelidir.
- Antimikrobiyal poliüretan köpük ped, yüksek miktarda eksüda emme kapasitesine sahip olmalı, emdiği eksüdayı hapsetmeli ve aktif karbon ihtiva etmelidir.
- Örtünün dış kısmı poliüretan film tabaka ile kaplı olmalı, bu sayede virüs ve bakterilere (> 25nm) karşı koruma sağlamalı, örtü yaranın hava/ nem alışverişine (5.3g/10cm²/24sa) izin vermelidir.
- Antimikrobiyal örtü, bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
- Antimikrobiyal örtü vücut hatlarına rahatlıkla uyum sağlamalıdır.
- Ürünün yara ile temas eden tabakasında kullanılan yapışkan yüzey safetac özellikli soft silikon olmalı, hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
- Örtü değişimlerinde yara yatağı ve çevresindeki sağlıklı ciltte travma oluşturmamalıdır.
- Örtü, yaranın gerektirdiği şekilde kesilerek uygulanabilmeli ve kesilme sonucu hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
- Örtü, pansuman değişimi gerekmeksizin yarayı gözlem/kontrole imkan tanınmalıdır, yaradan kaldırıldığında Safetac özelliği sayesinde tekrar yapışabilmelidir.
- Örtü değişimlerinde yara yatağı ve çevresindeki sağlıklı ciltte travma oluşturmamalıdır.
- Örtü uygulaması için yara yatağına, aşırı nemlenmeye neden olabilecek krem vb. topikal uygulamalara gerek olmamalı, örtü değişimlerinde ise yara örtüsünü kaldırmak için uzun süreli kullanımları cilde zararlı olabilecek kimyasal çözücüler kullanılmak zorunda kalınmamalıdır.
- Ürün yaraya uygulanmasından 30 dakika sonrasında yaygın patojenlerin 99.61-99.99%'unu, 180 dakika içindeyse 99.99%'unu ortadan kaldırdığı kanıtlanabilmeli, bu antimikrobiyal etkinliği en az 7 güne kadar sürdürebilmelidir.
- Enfekte olmuş orta veya az eksüdalı yaralarda ve E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Örtü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde (Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalı ayrıca uluslararası E. Bullusa tedavi klavuzlarında yer almalıdır. Bu referans yayınla kanıtlanabilmelidir.
- Tekli steril paketlerde olup 1 kutuda 5 adet bulunmalıdır.
- Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- Ürün CE kalite belgesine sahip olmalıdır.
- Ürün 17,5 x17,5, 10*21 cm ve 20x50 cm ebatlarında olmalıdır.

- Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası,kod numarası , son kullanma tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Funda GOKGOZ DURAN
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Selma ERGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 134909

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Özlem BİLİR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 119401

TEKNİK ŞARTNAME

Safetac Teknolojili Örtü

- Yüksek emici özelliğe sahip poliüretan köpük ped, yumuşak silikon yara temas yüzeyi ve poliüretan film bir dış tabakadan imal edilmiş olmalıdır.
- Sargının yara dışına bakan yüzeyi poliüretan bir film tabakayla kaplı olmalı, bu film tabaka bakteri ve virüslere karşı koruma sağlarken yaranın nem ve buhar alışverişini engellememelidir.
- Örtü, yüksek miktarda eksüda emme özelliğine sahip olmalıdır.
- Yara sınırındaki ciltte maserasyona neden olmamalıdır.
- Bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
- Örtü vücut hatlarına rahatlıkla uyum sağlayabilmelidir.
- Örtü yarayla temas eden tabakasında, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Örtünün yara temas tabakasında kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetac" teknoloji hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
- Örtü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde (Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalı ayrıca uluslararası E. Bullusa tedavi klavuzlarında yer almalıdır. Bu referans yayınlara kanıtlanabilmelidir
- Örtü, hastada yara açılmasını engellemeye yardımcı olabilecek, hastanın kronik olarak yara görülen bölgelerinde yara açılmasını engellemek için koruma amacıyla da kullanılabilir. Bu özellik KHB'nin ve DEBRA UK EB Klavuzunun referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
- Gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilebilmelidir.
- Sargı, yaradan kaldırılıp tekrar uygulanabilmeli, bu esnada yapışkan özelliğini kaybetmemeli ve sargı değişimi gerekmezken yarayı gözleme imkanı vermelidir.
- Yaranın gelişimine göre yara üzerinde 7 güne kadar kalabilmelidir.
- Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- Orta veya az eksudalı yaralarda, bacak, ayak ve bası ülserleri gibi kronik yaralarda, amputasyon ve diğer cerrahi yaralarda , diabetik ayaklarda, venöz ülserlerinde, yanıklarda ve E.bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
- Üretici firma ISO 14001, EN ISO 13485 kalite belgesine ve CE belgesine sahip olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Furda GÖRÜZ DURMAZ
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Selma PEKÇÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 134909

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Mustafa KAYA
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 119401

- İstenildiğinde; 10 x 21 cm; 17,5 x17,5 cm; 21 x 22 cm ebatlarında bulunabilmelidir.
- Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası,kod numarası , son kullanma tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Funda GÖRGEZ DURMAZ
A.Ş. İhtisaplığı Kişisi
Dip. Tes. No: 134939

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Funda GÖRGEZ DURMAZ
A.Ş. İhtisaplığı Kişisi
Dip. Tes. No: 134939

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Funda GÖRGEZ DURMAZ
A.Ş. İhtisaplığı Kişisi
Dip. Tes. No: 134939

TEKNİK ŞARTNAME

İnce Safetac Teknolojili Örtü

- Epidermolisiz bullosa hastalarında karşılaşılan eksüdasız veya az eksüdalı yaralarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Kullanım alanları bilimsel yayınlarla kanıtlanabilmelidir.
- Poliüretan köpükten imal edilmiş sargının üst kısmı su geçirmeyen ,hava geçirgen bir film tabaka ile kaplanmış olmalıdır.
- Örtü yarayla temas eden tabakasında, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Örtünün yara temas tabakasında kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetac" hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
- Kaşıntıya sebep olmamalıdır.
- Örtü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde (Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalı ayrıca uluslararası E. Bullusa tedavi klavuzlarında yer almalıdır. Bu referans yayınlara kanıtlanabilmelidir
- Örtü, hastada yara açılmasını engellemeye yardımcı olabilecek, hastanın kronik olarak yara görülen bölgelerinde yara açılmasını engellemek için koruma amacıyla da kullanılabilir. Bu özellik KHB'nin ve DEBRA uk EB Klavuzunun referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
- Gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilebilmelidir.
- Sargı, yaradan kaldırılıp tekrar uygulanabilmeli, bu esnada yapışkan özelliğini kaybetmemeli ve sargı değişimi gerek meksizin yarayı gözleme imkanı vermelidir.
- Ürün hassas ve/veya nazikleşmiş ciltlerin korunması amacı ile kullanılabilir.
- Nem ve buhar geçişine izin vermelidir.
- Ürün, bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
- Ürün ince yapısı nedeni ile vücut hatlarına uyum sağlamalıdır.
- Sargı ıslak yara yatağına kesinlikle yapışmamalı ve örtü değişimleri esnasında yarada ve sağlıklı ciltte travma oluşturmayarak yara iyileşim sürecini kısaltmalıdır. Bu özellik firma tarafından belgelendirilmelidir.
- Ürünün sağlıklı cilde fiksasyonunu sağlayan alanda akrilik veya hidrokolloid yapışkan bulunmamalıdır.
- Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

- Üretici firma ISO 14001, EN ISO 13485 kalite ve CE belgesine sahip olmalıdır.
- İstenildiğinde 12,5 x 12,5,17,5 x 17,5 cm ve 20 x 50 cm ebatlarında bulunabilmelidir.
- Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası,kod numarası , son kullanma tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Funda ÇOKGOZ DUBRAZ
A.ö Hekimliği Kliniği
Dip.Tos.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Sema PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.No: 154908

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Sema PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.No: 154908

TEKNİK ŞARTNAME

Transfer Edici Safetac Teknolojili Örtü

- İnce, tüm hareketli vücut bölgelerinde kullanabilmeyi mümkün kılan esnekliğe sahip, hidrofilik poliüretan köpükten imal edilmiş olmalıdır.
- Örtünün yara temas tabakası soft silikon özellikte olmalı, yara yatağına yapışmayı engelleyecek şekilde hidrofobik yapıda olmalı, sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
- Ürünün yara ile temas eden tabakasında kullanılan yapışkan yüzey ısı ve basınç ile ciltte fiksasyonu artan kimyasal bir yapıda olmamalıdır.
- Poliüretan transfer ped çok eksudalı yaraları yönetebilmek adına kullanılabilirmeli, eksudayı hem absorbe etmeli hem de hızlı ve verimli eksuda geçişini sağlamalıdır.
- Örtü isteğe bağlı olarak ikincil örtü ile kullanılabilereceği gibi tek başına ikincil bir örtü desteği olmaksızın kullanılmaya da elverişli olmalıdır.
- Örtü yarayla temas eden tabakasında, yarada yatağında artık bırakacak bulanmış, emdirilmiş vb. bir madde bulunmamalıdır. Örtünün yara temas tabakasında kullanılan yapışkan yüzey soft silikon olmalı, "Safetac" teknolojiyi yapışmaz hidrofobik yapısıyla sağlıklı ve kuru cilde yapışırken nemli yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
- Örtü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'nin yayınlamış olduğu E. Bullosa hastalarında kullanıma uygun malzemeleri belirtir algoritmada hastalığın 3 ana tipinde (Simplex, Distrofik ve Juntional tip) de kullanılabilir olmalı ayrıca uluslararası E. Bullusa tedavi klavuzlarında yer almalıdır. Bu referans yayınlara kanıtlanabilmelidir.
- Örtü, hastada yara açılmasını engellemeye yardımcı olabilecek, hastanın kronik olarak yara görülen bölgelerinde yara açılmasını engellemek için koruma amacıyla da kullanılabilirmelidir. Bu özellik KHB'nin ve Debra Eb klavuzu referans yayınıyla kanıtlanabilmelidir.
- Örtünün yara temas tabakasını oluşturan safetac veya benzeri teknolojiye tabaka olası yapışmaları engellemek adına deliksiz/aralıksız olarak tüm yüzeyi kaplamalıdır.
- Kaşıntıya sebep olmamalıdır.
- Bandaj baskısı altında çalışabilmeli, vücut hatlarına rahatlıkla uyum sağlamalıdır.
- Örtü değişimlerinde yara yatağı ve çevresindeki sağlıklı ciltte travma oluşturmamalıdır.
- Örtü uygulaması için yara yatağına, aşırı nemlenmeye neden olabilecek krem vb. topikal uygulamalara gerek olmamalı, örtü değişimlerinde ise yara örtüsünü kaldırmak için uzun süreli kullanımları cilde zararlı olabilecek kimyasal çözücüler kullanılmak zorunda kalınmamalıdır.
- Tek kişinin yardım almadan pansuman yapmasına imkan sağlamalıdır.

- Örtü, yaranın gerektirdiği şekilde kesilerek uygulanabilmeli ve kesilme sonucu kesinlikle hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
- Yara örtüsü, pansuman değişimi gerekmeksizin yarayı gözlem/kontrole imkan tanınmalıdır,yaradan kaldırıldığında tekrar yapışabilmelidir.
- Maserasyon riskini ve cilt çatlamlarını minimum seviyeye indirgemelidir.
- Yaranın durumuna göre en az 7 güne kadar yara üzerinde kalabilmelidir.
- Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
- Üretici firma ISO 14001, EN ISO 13485, ürün ise CE belgesine sahip olmalıdır.
- İstenildiğinde 15x20 cm ve 20x50cm ebatlarında bulunabilmelidir.
- Paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası, kod numarası, son kullanma tarihi, ebadı, CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Furda GÖNGÖZ DURAN
A.Ş. Hekimliği Kişisi
Dip.Tos.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Semra EKİNGÖR
A.Ş. Hekimliği Kişisi
Dip.Tos.No: 154969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Mustafa
A.Ş. Hekimliği Kişisi
Dip.Tos.No: 19481

TEKNİK ŞARTNAME

Softseam Teknolojili İki Yönlü Esneyebilen Elastan Tubüler Bandaj

- Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde (E.Bullosa, atopik eczema vb.) irritasyonu engellenmesine yardım etmek üzere dizayn edilmiş elastan tubüler bandaj olmalıdır.
- İğne ve bant gerektirmeden kullanılmalıdır.
- Tubüler bandaj viskoz, polyamide ve elastandan imal edilmiş olmalıdır. Latex içermemelidir.
- Tubüler bandaj, Softseam teknolojiye sahip olmalı bu sayesinde hem enine hem boyuna esneyebilen elastan yapısıyla dengeli bir basınç oluşturarak vücut hatlarına uyum sağlamalı ve gerektiğinde var olan pansumanı sabitleyebilmelidir.
- Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen, cildi serin tutan ve gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
- Farklı ölçüler farklı renk kodları ile tanımlanmış olmalıdır (Kırmızı, Yeşil, Mavi, Sarı, Mor). Ürünün ortasından geçen renk kodları boyalı viskozdan yapılmış olmalıdır ve üretim aşamasında işlenmelidir.
- Ürünün paketlenmesi, ürünü koruyacak ve taşıma esnasında temiz tutacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- Paketin üzerinde lot numarası, kod numarası, son kullanma tarihi, ebatı, CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
- İstenildiğinde belirtilen ebatlarda bulunabilmelidir: 3.5 cm X 5 m; 3.5 cm X 10 m; 5 cm X 5m; 5 cm X 10 m; 7.5 cm X 5 m; 7.5 cm X 10 m; 10.75 cm X 5 m; 10.75 cm X 10 m; 20 cm X 10 m.
- İstenilen ebatta kesilip kullanılarak maliyet avantajı sağlamalıdır.
- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- Üretici firma EN ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Funda GÖZDURMAZ
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Belma BEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Mustafa BERTAL
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 111117

TEKNİK ŞARTNAME

YUMUŞAK SİLİKON BANT

- Ürün ,dren ,tüp, sonda,elektrod ,IV kanül ,yara örtüsü gibi fiksasyon gerektiren durumlarda kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
- Ürünün yapışkanı yumuşak silikon olup , ürün kaldırıldığında hasta cildinde kesinlikle travma oluşturmamalı ve hasta acı vermemelidir..
- Ürün, nazik ve hassas cilde sahip (yenidoğan, bebek, çocuklar ve epidermolizis bülloza hastaları gibi) hastalarda acısız ve travmasız ideal ve güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Ürün Yumuşak Silikon özelliği nedeni ile gözlemlene v.b gibi durumlar için kaldırmak gerektiğinde yapışkanlık özelliğini kaybetmeksizin ciltten kaldırılabilir ve tekrar uygulamaya izin vermelidir.
- Ürün vücut hatlarına uyumlu olmalıdır.
- Ürün ciltten kaldırıldığında kalıntı bırakmamalıdır .
- Ürün su geçirmez olup nefes aldırabilen bir yapıda olmalıdır.
- Ürün ten rengi bir film tabaka ile kaplı olmalıdır.
- Uygulama alanına göre kesilerek şekil verilebilmelidir.
- CE belgesine sahip olmalıdır.
- Yapışkan tarafında silikon tabakayı koruyan koruyucu film tabaka bulunmalıdır.
- İstenildiğinde 2x300 cm ve 4x150cm ebatlarında bulunabilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Funda GANÇOZ DURMAZ
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Selma TEKÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 134069

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr.Özlem YILMAZ
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 134069

TEKNİK ŞARTNAME

Softseam veya Benzeri Teknolojili İki Yönlü Esneyebilen Elastan E.B. Giysileri

- Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde (E.Bullosa, atopik ekzema vb.) irritasyonu engellenmesine yardım etmek üzere dizayn edilmiş giysi olmalıdır.
- Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen, cildi serin tutan ve gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
- Ürün, İğne ve bant gerektirmeden kullanılmalı ve varsa birleşme/dikiş bölgeleri tahriş yaratmacak özel yapıda olmalı ve geniş hareket özgürlüğü sağlamalıdır.
- Giysiler viskoz, polyamide ve elastandan imal edilmiş olmalı, latex içermemelidir.
- Eldiven, Yelek, Tayt, Tozluk ve Çorap gibi giyime hazır formlarına sahip olmalıdır.
- Giysiler, Softseam teknolojiye sahip olmalı bu sayesinde hem enine hem boyuna esneyebilen elastan yapısıyla dengeli bir basınç oluşturarak vücut hatlarına uyum sağlamalı ve gerektiğinde var olan pansumanı sabitleyebilmelidir.
- Farklı ölçülerde olup, ölçüler yaş aralıkları ile belirtilen yaş aralıklarında bulunabilmelidir: 6-24 ay, 2-5 yaş, 5-8 yaş, 8-11 yaş, 11-14 yaş, 2-14 yaş.
- Eldiven formu; extra small, adult small, child small ve medium-large ölçülerine sahip olmalıdır.
- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
- Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
- Üretici firma EN ISO 13485 kalite belgesine sahip olmalıdır.
- Paketin üzerinde lot numarası, kod numarası, son kullanma tarihi , ebatı , CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Funda GÖKÇÖZ DÜRBAZ
A.Ş. Hekimliği KL. 117
Diy.Tes.No: 111117

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Fatma BEKÇÖZ
A.Ş. Hekimliği KL. 117
Diy.Tes.No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç.Dr. Fatma BEKÇÖZ
A.Ş. Hekimliği KL. 117
Diy.Tes.No: 134969