



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

29.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, Malzeme Alımı ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 01.07.2026 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/42

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MİKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ULTRASON PROB KILIFI POLİÜRETAN STERİL	800	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SMT3631 PROB KILIFI

SMT Temel İşlevi:	1. Sağlık tesislerinde kullanılan USG cihazlarında kılıf olarak kullanılmak amacı ile medikal malzemedен üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürünün standart tipi için eni $18\text{cm} \pm 2\text{cm}$; boyu $120\text{cm} \pm 2\text{cm}$ seçeneğinde olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Ürün polietilen malzemedен üretilmiş ve yırtılmalara karşı dayanıklı olmalıdır. 4. Ürün lateks içermemelidir. 5. Ürün paketi içerisinde kılıfın ultrason ve kordonuna sabitlenmesini sağlayacak şerit bant ve lastik bulunmalıdır. 6. Ürün üzerinde bulunan çift taraflı bant sayesinde prob kılıf içinde sabitlenebilmelidir. 7. Ürün üzerindeki bantta kullanılan yapışkan malzeme, prob üzerinde yapışkan kalıntısı bırakmayacak özellikte olmalıdır. 8. Ürün teleskopik katlama sayesinde kolay uygulama sağlamalıdır. 9. Ürün ters katlanmış olmalı ve bu kattan tutularak tek çekişte tüm kordon kaplanabilmelidir.
Genel Hükümler:	10. Ürün steril tekli pakette sunulmalıdır. 11. Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır. 12. Ürünün dış ambalajı üzerinde, okunaklı olacak şekilde ürün tipi, miktarı, ölçüleri, üretici firma adı ve diğer üretim bilgilerinin bulunduğu etiket olmalıdır.

Klinik Sorumlusu

Hemşire

Sorumlu Hemşire
Ayten KURAK

SBÜ KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doçent Dr. Selin BALTA
Algoloji Uzmanı
Dip. Tec. No: 147479

Dilek ÜNAL YAKAR
DÜY