



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

29.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, 8 KANALLI MİKROPİPET ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 01.07.2026 Tarihi saat 15:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/4022

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	OTOMATİK, 8 KANALLI MİKROPİPET (10-100 µL)	1	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1- Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2- Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3- dare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4- TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5- Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6- Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7- Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8- Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9- Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10- Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11- Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12- Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13- Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14- Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15- Alım esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

Ahmet Zorlu

## KONYA ŞEHİR HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARI

### 8 KANALLI AYARLANABİLİR MİKROPIPET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Pipetlerin volümü, 10 – 100 µL olmalıdır.
- 2-Pipetler ayarlanabilir hacimli ve sürekli piston vuruşlu olmalıdır.
- 3-Pipetlerde çalışma esnasında ayarlanan volümü görülmelidir.
- 4-Pipetlerin mikrometrik hacim ayarlaması hassas bir şekilde yapılabilmelidir.
- 5-Pipetler, ısıya, güneş ışığına, kimyasallara, dayanıklı materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 6-Pipetler iki kademeli kontrol butonuna sahip olmalıdır. Birinci konumda istenilen sıvıyı çekip boşaltmalı, ikinci konumda pipet ucundaki kalan sıvıyı boşaltmalıdır.
- 7-Pipetlerin kullanıcıya dönük haneli, ekranı olmalıdır.
- 8-Pipetlerde çalışma esnasında ayarlanan hacim görülmelidir.
- 9-Pipetin basma düğmesinin kapağı boşta dönerli olmalıdır. Kendiliğinden kilitlenen hacim ayarı olmalıdır.
- 10-Pipetlerde uç atar düğmesi ayrı olmalıdır.
- 11-Pipetler farklı üreticilerin standart pipet uçları ile uyumlu olmalıdır.
- 12-Şoklara, UV ışını ve otoklava dayanıklı olmalıdır.
- 13-Uluslararası standartlara uyumlu kalibrasyon sistemi olmalıdır.
- 14- Pipetler kalibre edilebilir olmalı, pipetle birlikte yedek kalibrasyon etiketleri verilmelidir.
- 15-Her pipetin CE Uygunluk Beyanı Sertifikası olmalıdır.
- 16-Uluslararası kalite standart belgesi olmalıdır.
- 17- İmalat hatalarına karşı en az 2 Yıl Garanti Belgesi olmalıdır.
- 18- Temizlik için kolay sökülebilmelidir.
- 19- Fabrikaca verilmiş kalite kontrol sertifikası ve kullanma talimatı olmalıdır.
- 20-Her pipetin üzerinde sağlam kalibrasyon mühürü olmalıdır.
- 21-Bakım, kalibrasyon ve yedek parça 10 Yıl distribütör tarafından taahhüt edilmelidir.
- 22-Pipetler otoklavlarda sterilize edilebilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Prof. Dr. Sara Sami ERDEM  
Tıbbi Biyokimya Uzmanı  
Dip. Tes. No: 100634

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Uzm. Dr. Hasan Pasri YILDIRIM  
Tıbbi Biyokimya Uzmanı  
Dip. Tes. No: 181318

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Dr. Fikri TONBALAR  
Tıbbi Biyokimya Uzmanı  
Dip. Tes. No: 114558