



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

29.06.2026

İlgili Firmaya,

Satın almaya esas olmak üzere, GÖĞÜS TÜPÜ(KVC SARF MALZEME)D.T ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 01.07.2026 Tarihi saat 11.00.00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/4403

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	TORAKS KATETERİ 18CH	30	ADET		GHC1620	22,23 TL		
2	TORAKS KATETERİ 14CH	30	ADET		OR1670	88,94 TL		
3	TORAKS KATETERİ 36CH	100	ADET		GHC1620	22,23 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal hizmet yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürünü hizmet alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TTTÜİBİB'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belirtmelerini zorunludur. (Çrün barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır. (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenmektedir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanınmalarına göre seçtiğiniz malzemelere ilişkin teklif vermenizi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanınmalarına göre seçtiğiniz barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödemeye zorlanabilir.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle ıade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif olacakları mal hizmet yapımı ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan birimin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Altıncağı mal hizmet yapımı ile ilgili KDV hariç bedelin vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yüklenicisine ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve parçılı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alın siparişleri, tabii olmayan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için öneme gereklidir.
- 15-Alınma esas teknik şartnameye rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremiz bu durumda ilgili teklif siteniz üzerinden yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: kah.temin@gmail.com
NOT: ŞARTNAMESİLER HASTANE WEB SİTESİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, göğüs cerrahisi ve kalp damar cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün çok sert veya çok yumuşak malzemeden yapılmamış olmalıdır. 3. Drenaj kateteri, trokarlı olmalıdır. 4. Trokarlı toraks tüpünün boyutu 8F ile 36F aralığında olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Ürün, plevra boşluğuna uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıda olmalıdır. 6. Ürün, travma oluşturmeyen yuvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalıdır. 7. Üründe, doku emilimini önleyen çapraz yan delikler olmalıdır. Son drenaj deliği radyopak çizgi üzerinde olmalıdır. 8. Su altı drenaj sistemine doğrudan bağlanabilmeli veya ürünle aynı marka, drenaj sistemiyle uyumlu bir ara bağlantı adaptörü ücretsiz temin edilmelidir. 9. Ürün, radyopak çizgiye sahip olmalıdır. Teklif edilen ürünün üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır. 10. Ürün göğüs boşluğu içerisine girdiği zaman kolay kıvrılmayacak rijiditede olmalıdır.
Genel Hükümler:	11. Ürün orijinal ambalajında ve steril paketlenmiş olmalıdır. 12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

SMT1051 DRENAJ KATETERİ, TORAKS

KONYA SEHIR HASTANESI
Uzm. Dr. Ali Kemal DEMİROK
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 182943

KONYA SEHIR HASTANESI
Prof. Dr. Kadir DURGUT
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 54859

KONYA SEHIR HASTANESI
Dr. İlyas Selim YILMAZ
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman
Dip. Tes. No: 139777/110514