



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

29.06.2026

İlgili Firmaya:

Satın almaya esas olmak üzere, TIBBİ SARF MALZEME ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 01.07.2026 Tarihi saat 15:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/566

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.Ş.	MALZEMENİN CİNSİ	MIKTARI	BİRİMİ	ÜBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	AKUPUNKTUR İĞNESİ VÜCUT İÇİN ÇELİK TÜPLÜ 0,30X125 MM STERİL	500	ADET			
2	AKUPUNKTUR İĞNESİ KULAK İÇİN KALICI-STERİL	1000	ADET			
3	OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN KELEBEK	1000	ADET			
4	SODYUM SİTRAT	1000	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh temin@gmail.com

NOT: ŞARTNAMESİLER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

## OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN KELEBEK ŞARTNAMESİ

- 1.Ozonda kullanılan kelebeğin iğnesi çelik uçlu olmalıdır.
- 2.Ozonda kullanılan kelebeğin hortumu ozona dayanıklı silikon malzemedен olmalıdır.
- 3.Ozonda kullanılan kelebeğin hortum ucunda luer-lock olmalıdır.
- 4.Ozonda kullanılan kelebek steril olmalıdır.
5. Ozonda kullanılan kelebek seti boyutu 19 G olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Feriye TAŞ  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Dip. Tes. No: 157978

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Uzm. Dr. Pınar YÜCE ESEN  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Dip. Tes. No: 157978

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Feriye TAŞ  
Aile Hekimliği Uzmanı

## OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN SİTRAT AMPUL ŞARTNAMESİ

- 1.Sitrat ampul 10 ml olarak cam ampullerde olmalıdır.
- 2.İçeriğinde 31,3 mg Natrium sitrat 2 H<sub>2</sub> O bulunmalıdır.
- 3.Sitrat ampul kutusunda 10 adet cam ampul şeklinde bulunmalıdır.

Nurs.   
Memşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Uzm. Dr. Pınar YÜCE ESEN  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Dip. Teb. No: 157978  


KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Doç. Dr. Ayşe FENGE  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Dip. Teb. No: 157978  




## AKUPUNKTUR KALICI KULAK İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık, steril ve çelik olmalıdır.
2. İğnenin cilde batan ucu hipoalerjenik ve paslanmaz çelikten üretilmelidir.
3. İğne ambalajlarında üretim ve son kullanma tarihleri açıkça yazmalıdır.
4. İğneler ciltte uzun süre kalabilmesi için çift bantlı (flasterli) olmalıdır.
5. İğne boyutları genellikle mikro boyutlarda olup, belirli bir mm çap ve uzunluk (0.22\*1.5 mm) standardına uymalıdır.
6. Üretici firmaya ait kalite belgeleri (CE, ISO vb.) ve Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtları bulunmalıdır.
7. İğneler 100'lük kutularda 10'lu paketler halinde olmalıdır.

Nursin Akbaci  
Kontrol

AKUPUNKTUR İĞNESİ  
Doç. Dr. Selma KENGÖR  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Diy. Mes. No: 131700

AKUPUNKTUR İĞNESİ  
Doç. Dr. Selma KENGÖR  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Diy. Mes. No: 148418

## VÜCUT İÇİN AKUPUNKTUR İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğneler steril ambalajda ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Her beş iğne bir pakette olmalıdır.
3. Her paketin içinde bir adet plastik kılavuz olmalıdır.
4. İğne ebatları 0,35\*100 mm olmalıdır.
5. İğne çelik,kırılmaz,paşlanmaz ve hipoalerjenik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

KONKRET ENERJİ HASTANESİ  
Fatma TAŞ  
Hemşire

TEKİR HASTANESİ  
SİNEM ERGÖR  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Diy. T.C.S. No: 146418

TEKİR HASTANESİ  
SİNEM ERGÖR  
Aile Hekimliği Uzmanı  
Diy. T.C.S. No: 146418