

13 MM MEZOTERAPI İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mezoterapi iğnesi bir kutu içerisinde olmalıdır.
2. İğne formu 30G-0.3 mm x 13 mm şeklinde olmalıdır.
3. Mezoterapi iğnesi Non-Pyrogenic ve Non-Toxic olmalıdır.
4. Mezoterapi iğnesi disposable olmalıdır.
5. Steril paket içersinde olmalıdır.
6. İntradermal uygulamalarda kullanma özelliğine sahip olmalıdır
7. CE sertifikasına sahip olmalıdır.
8. Kutu üzerinde imalat ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mehmet PEKGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Diyadin No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
İkbal İsmet ÖREN
Aile Hekimliği Kliniği
Diyadin No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YUCE ESEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Diyadin No: 157978

30G MEZOTERAPİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1.İğne kalınlığı **30G**, iğne uzunluğu **4 mm** ve dış çapı yaklaşık **0,30 mm** düzeyinde olmalıdır.
- 2.Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. İnce yapısına rağmen optimize edilmiş iç lümen (yüksek akış teknolojisi) sunarak düşük dirençle enjeksiyona imkan tanımalıdır.
- 3.Ağrısız, travmasız ve pürüzsüz bir enjeksiyon için iğne ucu keskinliği uygun olmalıdır.
- 4.Non-pyrogenic ve non-toxic özellikte olmalıdır.
- 5.Ürün tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
- 6.Kutu üzerinde imalat ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
- 7.CE sertifikasına sahip olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Nurettin YILMAZ
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. T. S. No: 157978

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKÇOR
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. T. S. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
İktisadi İcra Kurulu
Hemşire

32G MEZOTERAPİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

1.İğne kalınlığı **32G**, iğne uzunluğu **4 mm** ve dış çapı yaklaşık **0,23 mm** düzeyinde olmalıdır.

2.Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. İnce yapısına rağmen optimize edilmiş iç lümen (yüksek akış teknolojisi) sunarak düşük dirençle enjeksiyona imkan tanınmalıdır.

3.Ağrısız, travmasız ve pürüzsüz bir enjeksiyon için iğne ucu keskinliği uygun olmalıdır.

4.Ürün tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.

5.Kutu üzerinde imalat ve son kullanma tarihi yazmalıdır.

6.CE sertifikasına sahip olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. İsmail AKCE ESEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tesc. No: 147978

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. İsmail PEKGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tesc. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
İktisadi İrfan ÖREN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tesc. No: 134969

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN ENJEKTÖR ŞARTNAMESİ

- 1.50ml dolum haznesi olmalıdır.
- 2.Ozona dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3.Enjektörün iç kısmında bulunan malzeme ozona dayanıklı silikon olmalıdır.
- 4.Ozonda kullanılan enjektör steril olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Fakülte Tıp
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Aile Hekimliği
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YÜCE ESEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 137978

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN ENJEKTÖR ŞARTNAMESİ

1. 20 ml dolum haznesi olmalıdır.
2. Ozona dayanıklı malzemedен üretilmiş olmalıdır.
3. Enjektörün iç kısmında bulunan malzeme ozona dayanıklı silikon olmalıdır.
4. Ozonda kullanılan enjektör steril olmalıdır.

KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 54969

KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 54969

KONYA SEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YILMAZ ESİN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

VÜCUT İÇİN AKUPUNKTUR İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğneler steril ambalajda olmalıdır.
2. Her 10 iğne bir pakette olmalıdır.
3. Her paketin içinde bir adet plastik kılavuz olmalıdır.
4. İğne ebatları 0,20x13mm olmalıdır.
5. İğne çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKİÇ
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKİÇ
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YUĞE ESEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

VÜCUT İÇİN AKUPUNKTUR İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğneler steril ambalajda olmalıdır.
2. Her 10 iğne bir pakette olmalıdır.
3. Her paketin içinde bir adet plastik kılavuz olmalıdır.
4. İğne ebatları 0,25x25mm olmalıdır.
5. İğne çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mustafa PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mustafa PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa YÜCE İSEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 167978

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN KELEBEK ŞARTNAMESİ

- 1.Ozonda kullanılan kelebeğin iğnesi çelik uçlu olmalıdır.
- 2.Ozonda kullanılan kelebeğin hortumu ozona dayanıklı silikon malzemeden olmalıdır.
- 3.Ozonda kullanılan kelebeğin hortum ucunda luer-lock olmalıdır.
- 4.Ozonda kullanılan kelebek steril olmalıdır.
5. Ozonda kullanılan kelebek seti boyutu 19 G olmalıdır.

KONYA SEHIR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 157978

KONYA SEHIR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 157978

KONYA SEHIR HASTANESİ
Uzm. Dr. Selma PEKÇOR
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN BAKTERİ FİLTRESİ ŞARTNAMESİ

- 1.Bakteri filtresi ozona dayanıklı malzemeden üretilmelidir.
- 2.Filtre kısmı kana 0.22 mikron partikülleri karıştırmayacağı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 3.Ozon uygulamasında kullanılan bakteri filtresi steril olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

Nursen Akvaci
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Üzm. Dr. Yılmaz YILMAZ
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 157978

OZON UYGULAMASINDA KULLANILAN REKTAL KATATER ŞARTNAMESİ

- 1.Ozona dayanıklı silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2.Doz puarına giriş kısmı luer-lock uyumlu olmalıdır.
- 3.Ozon gazını kolona verebilecek uygun çıkış delikleri olmalıdır.
4. Yanında luer-lock verilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

Nurset Akbaci
Nefesire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. İsmail YÜCEL
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 167978

**OZONLA KULLANILMAK ÜZERE TOPİKAL UYGULAMALAR İÇİN MEDİKAL
OZONA DAYANIKLI SİLİKONİZE TORBA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Kullanılan malzeme ozon gazının korozyif etkilerine dayanıklı olması için silikonla kaplı olmalıdır.
- 2- Topikal torbanın ebatları en az 300x600mm olmalıdır.
- 3- Topikal torbanın tek girişı olmalı ve içerdeki gazın kaçmasını engellemek için giriş hortumunun üzerinde kilitleme mandalı olmalıdır.
- 4- Topikal torbanın gaz giriş hortumu ozona dayanıklı silikondan yapılmalıdır.
- 5- Topikal torbanın gaz giriş hortumunun ağzında luer-lock olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. S. TEKİR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

Nurseti Akbaci
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Ali R. YÜCESEİN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 187978

AKUPUNKTUR KULAK İĞNESİ ŞARTNAMESİ

- 1.İğne ebatı 0.22 x 1.5 mm ölçüsünde olmalıdır.
- 2.Çift flasterli olmalı ve flaster kısmı **ten renginde**, hipoalerjenik, mikrosporlu (nefes alabilen) ve cilt dostu yapışkana sahip olmalıdır.
- 3.Vücuda batan kısımları paslanmaz çelik, tıbbi çelik veya isteğe göre altın/gümüş kaplama olmalıdır.
- 4.Ürünler steril ve tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.
- 5.Her bir iğne veya kutu ambalajı üzerinde iğne adeti/ebatı, son kullanma tarihi (miadı) ve sterilizasyon bilgisi açıkça yazmalıdır. Ürünlerin miadı en az 2 yıl olmalıdır.
- 6.Kutular genellikle 100 adetlik veya en fazla 200 adetlik ambalajlar şeklinde sunulmalıdır.
7. İhtiyaç halinde numune istenebilir.

KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKGÖR
Akupunktur Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

Nurson Akbaci
Nemşire

KONYA SEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YILMAZ
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

1 cc Luer Lock (Kilitli) Enjektör Teknik Şartnamesi

1. Enjektör **1 cc (1 ml)** kapasiteli olacaktır.
2. Uç kısmı **Luer-Lock (vidalı/kilitli sistem)** tipinde olacaktır.
3. Uç kısmı , İğne veya adaptör enjektöre vidalanarak kilitlenecektir.
4. 3 parçalı (silindir, lastik uçlu piston ve tıbbi pistondan oluşan) veya 2 parçalı, sızdırmazlık özellikli olacaktır.
5. Gövde üzerinde net ve okunabilir **cc, ml veya dizyem (ünite)** çizgileri bulunacaktır; çizgiler silinmeyecek mürekkeple basılmış olacaktır.
6. Piston, silindir içerisinde yumuşak ve akıcı bir şekilde hareket edecek, takılma veya atlama yapmayacaktır. Hassas dozaj, mezoterapi gibi uygulamalara uygun olacaktır.
7. Hammaddesi tıbbi kullanıma uygun, şeffaf, toksik olmayan, pirojen içermeyen polipropilenden üretilmiş olacaktır.
8. Ürün etilen oksit veya uygun bir sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş olacaktır.
9. Her bir enjektör tekli, kolay soyulabilen, sterilizasyon bütünlüğünü koruyan ambalajda sunulacaktır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, parti/lot numarası ve sterilizasyon ibaresi yer alacaktır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma ERGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134989

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma ERGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134989

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Murat YULFESİN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 137978

HACAMAT KUPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 3 CM

- 1-Kupalar yaş kupa uygulamalarında Kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 3-Kupanın cilde temas eden ağız kısmı, cilde uyum sağlayacak şekilde, cidardan biraz daha kalın şekilde yapılmış olmalıdır.
- 4- Kupanın tepesinde, içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde bir sibap bulunmalıdır.
- 5-Sibap üzerinde, gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde bir mekanizma bulunmalıdır.
- 6-Kupalar negatif basınçta cildi tam kavramalı
- 7- Pompa başlığı işlem sırasında çıkmamalı
- 8- Kupaların kaldırılması sırasında biri diğerini etkilememeli.
- 9- 4 adet Vakumlu el pompası kupalarla birlikte verilmeli

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mustafa PERKÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
İlbal İrem ÖREN
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YÜCE BEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

HACAMAT KUPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 5 CM

- 1-Kupalar yaş kupa uygulamalarında Kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 3-Kupanın cilde temas eden ağız kısmı, cilde uyum sağlayacak şekilde, cidardan biraz daha kalın şekilde yapılmış olmalıdır.
- 4- Kupanın tepesinde, içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde bir sibap bulunmalıdır.
- 5-Sibap üzerinde, gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde bir mekanizma bulunmalıdır.
- 6-Kupalar negatif basınçta cildi tam kavramalı
- 7- Pompa başlığı işlem sırasında çıkmamalı
- 8- Kupaların kaldırılması sırasında biri diğerini etkilememeli.
- 9- 4 adet Vakumlu el pompası kupalarla birlikte verilmeli

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selim PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selim PEKÇOR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Mustafa YÜCEL ESER
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 134978

HACAMAT KUPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 CM

- 1-Kupalar yaş kupa uygulamalarında Kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 3-Kupanın cilde temas eden ağız kısmı, cilde uyum sağlayacak şekilde, cidardan biraz daha kalın şekilde yapılmış olmalıdır.
- 4- Kupanın tepesinde, içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde bir sibap bulunmalıdır.
- 5-Sibap üzerinde, gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde bir mekanizma bulunmalıdır.
- 6-Kupalar negatif basınçta cildi tam kavramalı
- 7- Pompa başlığı işlem sırasında çıkmamalı
- 8- Kupaların kaldırılması sırasında biri diğerini etkilememeli.
- 9- 4 adet Vakumlu el pompası kupalarla birlikte verilmeli

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKGÖR
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
İkbal İrem ÖREN
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YÜCE ESEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

6 cm Hacamat Kupası Teknik Şartnamesi

- 1-Kupalar yaş kupa uygulamalarında Kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 3-Kupanın cilde temas eden ağız kısmı, cilde uyum sağlayacak şekilde, cidardan biraz daha kalın şekilde yapılmış olmalıdır.
- 4- Kupanın tepesinde, içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde bir sibap bulunmalıdır.
- 5-Sibap üzerinde, gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde bir mekanizma bulunmalıdır.
- 6-Kupalar negatif basınçta cildi tam kavramalı
- 7- Pompa başlığı işlem sırasında çıkmamalı
- 8- Kupaların kaldırılması sırasında biri diğerini etkilememeli.
- 9-2 ADET Vakumlu el pompası kupalarla birlikte verilmeli

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 84969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Pınar YÜCE ESEN
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 187978

ÖZÖN UYGULAMASINDA KULLANILAN SİTRAT AMPUL ŞARTNAMESİ

- 1.Sitrat ampul 10 ml olarak cam ampullerde olmalıdır.
- 2.İçeriğinde 31,3 mg Natrium sitrat 2 H₂ O bulunmalıdır.
- 3.Sitrat ampul kutusunda 10 adet cam ampul şeklinde bulunmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
İktisat İsmi ÖREN
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dermatoloji Kliniği
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pinar YÜCE ESSEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978

HACAMAT KUPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 4 CM

- 1-Kupalar yaş kupa uygulamalarında Kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 3-Kupanın cilde temas eden ağız kısmı, cilde uyum sağlayacak şekilde, cidardan biraz daha kalın şekilde yapılmış olmalıdır.
- 4- Kupanın tepesinde, içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek şekilde bir sibap bulunmalıdır.
- 5-Sibap üzerinde, gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek şekilde bir mekanizma bulunmalıdır.
- 6-Kupalar negatif basınçta cildi tam kavramalı
- 7- Pompa başlığı işlem sırasında çıkmamalı
- 8- Kupaların kaldırılması sırasında biri diğerini etkilememeli.
- 9- 4 adet Vakumlu el pompası kupalarla birlikte verilmeli

KONYA SEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Sema FENGÖR
Alle Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

KONYA SEHİR HASTANESİ
İkbal İrem ÖREN
Hemşire

KONYA SEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YÜKE ESEN
Alle Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 167978

KAPALI DEVRE MAJÖR TERAPİ SETİ ŞARTNAMESİ

- 1- Major terapi seti UTS sistemine kayıtlı olmalıdır.
- 2- Tek steril ambalajda olmalıdır.
- 3- Setin tamamı ozona dayanıklı, latex-free, medikal plastik hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
- 4- Kan setleri şişenin üst ve alt kısmına fabrikada bağlı, yekpare olarak üretilmiş olmalıdır
- 5- Setin cihaza bağlanan kısmında bakteri filtresi olmalıdır.
- 6- Setin 300ml kapasiteli kan toplama haznesi olmalıdır.
- 7- Hazenin alt kısmında enjektör bağlantı noktası olmalıdır.

Nurseri Akpaci
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. No: 134969

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YÜCE ESEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. No: 157978

HACAMAT KUPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 7 CM

- 1-Kupalar yař kupa uygulamalarında Kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Ana gövde sert plastik malzemeden yapılmıř olmalıdır
- 3-Kupanın cilde temas eden ağız kısmı, cilde uyum saęlayacak řeklide, cidardan biraz daha kalın řekilde yapılmıř olmalıdır.
- 4- Kupanın tepesinde, içindeki havayı çekerek vakum uygulanabilecek řekilde bir sibap bulunmalıdır.
- 5-Sibap üzerinde, gerektiğinde vakumu boşaltabilecek veya azaltabilecek řekilde bir mekanizma bulunmalıdır.
- 6-Kupalar negatif basınçta cildi tam kavramalı
- 7- Pompa bařlıęı iřlem sırasında çıkmamalı
- 8- Kupaların kaldırılması sırasında biri dięerini etkilememeli.
- 9- 4 adet Vakumlu el pompası kupalarla birlikte verilmeli

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. ~~SEHİN~~ **BEKÇOR**
Aile Hekimliği Kliniği
Dip. Tes. No: 134969

Nursen Akkacı
Hemşire

KONYA SEHIR HASTANESI
Uzm. Dr. Pinar YUCE ESEN
Aile Hekimligi Uzmani
Dip. Tey. No: 157978

HACAMAT PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Hacamat pedi 10cmX9 cm ölçüsünde hipoallerjenik esnek tıbbi flasterin ortasına saf pamuktan üretilmiş disk pamuk yerleştirilmesi ile üretilmiş olmalıdır.
- 2-Hacamat pedi, hacamat sonrası bölgeyi kapatmak için kullanılmalıdır.
- 3-Hacamat pedi,cilt aşınması ve tahrişinde irritatif olmamalıdır.
- 4-Hacamat pedinin ham maddesinin insan sağlığına olumsuz etkileri olmamalıdır.
- 5-Hacamat pedi,yaranın üzerine rahat uygulanabilir elastik dokumasız kumaştan olmalıdır.
- 6-Hacamat pedi hijyenik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 7-Hacamat pedi, hipoallerjenik malzemelerden üretilmiş olmalıdır.
- 8-Hacamat pedi gözenekli cildin hava almasını sağlar özellikte olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Selma PEKGÖR
Aile Hekimliği Kliniği
Dip.Tes.No: 134969

Nursen A. Yılmaz
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Uzm. Dr. Pınar YÜCE ESEN
Aile Hekimliği Uzmanı
Dip. Tes. No: 157978