



TC  
KONYA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
TEKLİF MEKTUBU

20.11.2023

İlgili Firmaya:

Satın almaya esas olmak üzere, KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 22.11.2023 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2023/1878

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	SUT KODU	SUT FİYATI	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ NO 8 10 CM	400	ADET		OR2310	67,38 TL		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DIKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TITUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır (T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aklı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

## **KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ**

- 1- Set gama sterilizasyon ile steril edilmiş ve tek kullanımlık şekilde tasarlanmış olmalıdır
- 2- İğne uç yapısı güvenli, kolay ve hızlı penetrasyona olanak sağlaması için trokar uçlu ve mandreli olmalıdır.
- 3- İğne ile birlikte set içinde birer adet yakalama aparatı, adaptör ve luer kapak olmalıdır.  
**Yakalama aparatı biyopsi iğnesinin boyu ile eş uzunlukta olmalıdır(İşlem sırasında yakalama aparatı takıldığında biyopsi iğnesinin ucundan daha ileri gitmemelidir)**
- 4- İğnenin arka ucu 5 cc, 10 cc ve 20 cc enjektörlerle aspirasyon yapılabilecek şekilde uygun olmalıdır. Elle tutulacak kısım **ERGONOMİK** yapıda olmalıdır.(Ergonomik şekli tutacak kısım basıncı avuç içine yayarak biyopsi işlemi sırasında rotasyonel el hareketinin uygulanmasını kolaylaştırmalı)
- 5- İğne boyutları, 10 cm ve 8 gauge olmalıdır
- 6- Doğru ve tam bir örnek için kanül ucu yeteri keskinlikte olmalıdır.
- 7- İğne tutamağı güvenli bir işlem için kilitlenebilir , yeni sistem sağa veya sola çevrilerek **kolaylıkla** çıkarılıp takılabilen,**kolay kullanımlı** ve ergonomik olmalıdır.
- 8- İğne, kanül ve yakalama aparatı, yüksek performanslı çelikten olmalıdır.
- 9- Deneme amaçlı 2 (iki) adet kemik iliği biyopsi iğnesi gönderilmelidir.
- 10- Alım sonrasında kırılmış, eğilmiş veya hatalı setler, firma tarafından değiştirilmelidir
- 11-Firma malzemenin miadına 3 (üç) ay kala değiştirmeyi taahhüt etmelidir.  
Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi , UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
- 12-Ürün değişimleri 3 hafta içinde gerçekleştirilecektir.
- 13-Malzemenin üretimi durması veya fabrikanın kapanması durumunda ürün eş ya da benzeri ürün ile değiştirilmelidir.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Kamile KÖKPINAR  
c. -sire

Ayşe Altın  
Hemşire

KONYA ŞEHİR HASTANESİ  
Prof. Dr. Abdulkadir BAŞTÜRK  
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzm.  
Dip. tes. No: 116049