



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

08.12.2023

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, TIBBİ SARF İNSÜLİN KALEM İĞNESİ ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARİÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 12.12.2023 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2023/2026

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	İNSÜLİN KALEM İĞNESİ 6-7 MM	20000	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DIKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com / Mail2: mehmet.dogan30@saglik.gov.tr

NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

İNSÜLİN KALEMİ İĞNESİ ŞARTNAMESİ

1. Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıkça ruhsatı olan iğne uçları satın alınacaktır. SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.
2. Siparisi verilen iğne uçları miadları itibariyle teslim tarihinden itibaren minimum 24 ay miadlı olacaktır. Miadına 3 ay kala teslim edilen malzemeler fiyat artışı gözetilmeksizin uzun miadlarla değiştirilecektir. Sözleşme bitmiş bile olsa 15 gün içerisinde değişim yapılacaktır.
3. İğne uçları Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş usullere uymalı, ambalaj üzerinde son kullanma tarihi açık bir şekilde yazılı olmalı okunmayan ilerde silinecek olanlar kabul edilmeyecektir.
4. Kutu üzerinde seri numarası imal tarihi sterilizasyon tarihi fiyatı yazılı olacaktır.
5. Küpürler üzerinde silinme kazıntı düzeltme Bulunmayacak ve bakanlığın son beyanname fiyatı uygun olacak.
6. İnsülin kalem ucu tek kullanım steril edilmiş non toksit apirojen olmalıdır.
7. İğne uçları silikonla kaplı olmalı, cilde kolay giren özellikte olmalı. Travma insidansı düşük olmalı, ağrı minimum düzeyde olmalı. Lateks içermemeli ve antialerjik olmalıdır.
8. İğneler kaleme vidalama sistemi ile kolaylıkla takılmalı vidalama sistemi ile kolaylıkla kaleminden çıkarılma özelliğinde olmalıdır.
9. Türkiyede var olan bütün insülin kalemlerine uyum sağlamalı, tüm kalemlere uyumluluk sertifikasına sahip olmalıdır.
10. İğne ve kalem ajutajı birbirine uyum sağlamalı ve hiçbir şekilde dışarı insülin sızdırmamalıdır.
11. Yerli üretim için TSE belgesine ithal üreticiler için TSE uyumluluk veya FDA, CE veya eşdeğeri uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.
12. Kalem ucu 6mm uzunluğunda 31G çapında olmalıdır
13. Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (ürün ile ilgili üretim hatası, eksik parça malzeme hataları vs) firmaya iletilmesi durumunda yenisi ile değişim yapayı taahhüt eder.
14. Ürünün alımına numune denendikten sonra karar verilecektir. Satıcı firma 10 adet numuneyi depoya teslim etmelidir. Şekil biçim ölçüleri açısından mühürlü numunesine uygun olmalıdır.
15. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgisi bulunmalıdır.

Bcz. Ar. V. 12.22
R. 12.22

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. YURDDAŞER
Taahhüt Kayıt Yetkilisi

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Mehmet CEYLAN
Hemşire