



**TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU**

08.12.2023

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, AMELİYATHANE SARF MALZEME ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 11.12.2023 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2023/2027

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN Cinsi	MİKTARI	BİRİMİ	UBB NO	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	STERİL İYOTLU DREP / DRAPE 40(±5)X60(±5) CM	1000	ADET			

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteginizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlamadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri, tabi olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleşecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.

Adres:
Doğrudan Temin Birimi Tel:
Mail: ksh.temim@gmail.com
NOT: ŞARTNAMELER HASTANE WEB SITEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

SMT3924 STERİL DREP, İYOTLU/İYOTSUZ

SMT Temel İşlevi:	1. Cerrahi müdahale esnasında cilt altı dahil operasyon bölgesinde üreyen tüm bakterileri yok edilebilecek amacı ile üretilmiş olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün steril drep iyotlu (iobanlı), steril drep iyotlu (iobanlı) poşlu ve steril drep (iobansız) şeklinde çeşitleri olmalıdır. 3. Ürünün kullanım yerine göre 65*45 cm (±2)- 65*60 cm (±2)- 15*20 cm (±2)- 45*35 cm (±2)- 65*85 cm (±2) vb. ebat seçenekleri olmalıdır. 4. Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5'e eşit veya 5'ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. 5'ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
Teknik Özellikleri:	STERİL DREP İYOTLU TİP: 1. Kendiliğinden yapışkanlı cerrahi drapenin bir yüzü cilde yapışabilmesini sağlayan madde ile kaplı olmalıdır. Böylelikle sarıldığı yüzeyden kayma ve oynama yapmamalıdır 2. İki kenarında yapıştırırken tutabilmek için yapışkan bant olmalıdır. 3. Yapıştırırken gerildiğinde yırtılmamalıdır. Yapışmaya uygun esneklikte olmalıdır. 4. Islanma ile yapıştığı yerden kalkmamalı, cerrahi sırasındaki ekstremitenin şekil verilme hareketlerinde gevşeyip kendini bırakmamalıdır. 5. Şeffaf olmalıdır. 6. Yapışkan kısmı iyot veya antimikrobiyal madde emdirilmiş olmalıdır. 7. Ürünün sırt yapısı oksijen alışverişine izin vermeli, ancak sıvı ve bakteri bariyer özelliğine sahip olmalıdır. 8. Tüm ekstremiteler, gövde ve eklem yerlerine tatbik edilebilmelidir. 9. Alerjiye neden olmamalıdır. 10. Drape'in sahip olduğu antiseptik/antimikrobiyal özellik, class 3 kriterlerine uygun olmalıdır.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Ersin Tutar
Genel Cerrah Uzmanı
Dip. Tesis No: 130643
Dr. Ersin Tutar

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Mehmet Ali Yılmaz
Genel Cerrah Uzmanı
Dip. Tesis No: 130643
Dr. Mehmet Ali Yılmaz

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Doç. Dr. Sabri Özen
Genel Cerrah Uzmanı
Dip. Tesis No: 130643
Dr. Sabri Özen

STERİL DREP İYOTLU (İOBANLI) POŞLU

1. Poş, ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek sıvı ve kanların toplanması sağlayacak özellikte olmalıdır.
2. Poş üzerinde yer alan insizyon filmi antimikrobiyal özellikte olacaktır.
3. İnsizyon filmi üzerinde yer alan antimikrobiyal filminin sırt yapısı polyester olmalı ve İodofor içermelidir,
4. Ürün cerrahi işlem sırasında, insizyon çevresindeki bakteri hareketini önlemeli ve gözlemlenebilir bir çalışma alanı sağlayabilmelidir,
5. Ürün içeriğinin bakteriosidal etkisi olmalı, bakterileri inaktive edebilmelidir.
6. Yapışkan tabakaya emdirilmiş olan İodofor, sürekli olarak güvenli bir İodofor salınımı sağlayarak cilt üzerindeki antimikrobiyal hareketi devam ettirmelidir.
7. Antimikrobiyel filmin sırt yapısı oksijen alışverişine izin vermeli, ancak sıvı ve bakteri bariyer özelliğine sahip olmalıdır,
8. Yapışkan kısmında bulunan İodofor, antimikrobiyal ajan olarak cilde direkt olarak temas etmelidir,
9. Ürün ciltten çıkarıldıktan sonra, ciltte atık bırakmamalıdır,
10. Antimikrobiyel filmin, 90 dakika sonunda Staphylococcus aureusa (MRSA) karşı 6.90 – 7.65 log üzerinden minimum 5 log oranında azaltma etkisi göstermeli ve bu konu laboratuvar çalışmasıyla kanıtlanmış olmalıdır.
11. Isı ve ışığa karşı koruma sağlamak için kutu içerisinde yer alan ürünler alüminyum torba içerisinde olmalıdır.
12. Drape'in sahip olduğu antiseptik/antimikrobiyal özellik, class 3 kriterlerine uygun olmalıdır.

KONYA ÇERİHAZ STANESİ
Doç. Dr. E. S. TURAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tıp No: 3355

KONYA ÇERİHAZ STANESİ
Prof. Dr. Mehmet Ali YILMAZ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tıp No: 3355-36996

KONYA ÇERİHAZ STANESİ
Doç. Dr. E. S. TURAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tıp No: 3355

SMT3924 STERİL DREP, İYOTLU/İYOTSUZ

	<p><u>STERİL DREP (İOBANSIZ) TİP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Polyester ve/veya polietilen ve/ veya poliüretan filmde yapılmış filmde yapılmış 0.025 mm incelikte olmalıdır.2. Ciltteki bakterilere karşı fiziksel bariyer oluşturabilmeli, bakteri göçünü önlemelidir.3. Hava geçirgen olmalıdır.4. Basınca duyarlı hipoallerjik akrilat yapışkanlı olmalıdır.5. Uygulaması kolay olmalı ve cerrahi örtüden yırtılmadan ayrılabilmelidir.6. Yapışkan özelliğini uzun süre korumalı, cerrahi travma ve sıvılardan etkilenmemelidir.
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">1. Steril poşetlerde tek tek ambalajlanmış olmalıdır.2. Ambalaj şekli ürün açılır iken sterilizesi bozulmadan açılacak şekilde olmalıdır.3. Etilen oksit ve/veya Gamma yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır

KONYA GENEL HASTANESİ
Doç.Dr. Mustafa Yılmaz
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 335 38996

KONYA GENEL HASTANESİ
Prof.Dr. Mehmet Emin Yılmaz
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 335 38996

KONYA GENEL HASTANESİ
Doç.Dr. Mustafa Yılmaz
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.Tes.No: 335 38996